

## KRAUJO KOMPONENTŲ APŠVITINIMO INDIKATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamų parametrų reikšmės	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.	Kraujo komponentų apšvitinimo indikatoriai		RadTag RTG25
1.1.	Preliminarus kiekis	3000 vnt.	3000 vnt.
1.2.	Indikatoriaus paskirtis: įvertinti, ar kraujo komponentas buvo apšvitintas	Taip	Taip
1.3.	Indikuojamosios dozės dydis	25Gy	25Gy
1.4.	Tinka indikuoti didesnės nei 0,5 MeV energijos fotoninei spinduliuotei	Taip	Taip
1.5.	Indikacijos būdas: savaime dėl apšvitos sindikuojamąją doze atsiradęs, plika akimi matomas, vienareikšmiai vertinamas vizualus ženklas	Privalomas	Savaime dėl apšvitos sindikuojamąją doze atsiradęs, plika akimi matomas, vienareikšmiai vertinamas vizualus ženklas: Mėlyna spalva – teigiama Jokios spalvos - neigiama
1.6.	Indikatoriaus tvirtinimo prie kraujo komponento maišelio būdas	Lipnus paviršius	Lipnus paviršius



Generalinė direktorė  
Dr. Zinaida Tamaševičienė