



V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8-5) 2649696, faks. (8-5) 2602055, el.paštas vilnius@limeta.lt

Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras



VšĮ Prienų ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS PRIETAISO – AUDIOMETRIJOS APARATO PIRKIMO

2019-10-16 Nr. 3-12-40
Prienai

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i>	UAB „Limeta“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	V. A. Graičiūno g. 4, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gražvydas Valančauskas
Telefono numeris	868717146
Fakso numeris	837260406
El. pašto adresas	kaunas@limeta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) kvietime teikti pasiūlymą ir kituose pirkimo dokumentuose (jei tokių bus).
- 2) turime leidimus, licenzijas ir kitus dokumentus reikalingus verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
- 3) vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (*pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*):

4) Techniniai reikalavimai tiekėjui nurodyti prodedamoje specifikacijoje..

5) Per visą garantinį laikotarpį būtina nemokama techninė priežiūra. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

6) Su pasiūlymu pateikiamas įmonės registracijos pažymėjimas.

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas
----------	------------------------

7) Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai).

Mes siūlome šias prekes ir pateikiame jų kainas

Kainos ir sumos nurodomos eurai:

Pasiūlymo lentelė						
Eil Nr	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Išmatavimai, reikalavimai	Kiekis	Vieno vieneto kaina be PVM	Vieno vieneto kaina su PVM
1	Audiometrijos aparatas, Diagnostic Audiometer AD226	vnt	Nurodyti specifikacijoje, priedas Nr.3.	1	3500,00	4235,00
IŠ VISO:						4235,00

Bendra prekių teikimo kaina (be PVM) Eurais- 3500,00 eurų- Trys tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 centų.

PVM yra Eurais: 735,00 eurai- Septyni šimtai trisdešimt penki eurai, 00 centų.

Bendra prekių teikimo kaina (su PVM) Eurais- 4235,00 eurai- Keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt penki eurai, 00 centų.

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija	3
2.	Kvalifikacinių dokumentų kopijos	12
3.	AD226 naudojimo instrukcija LT	21

Kauno TAB viršininkas Gražvydas Valančiauskas

(/Prekių/paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ
Audiometrijos aparatas (1 vnt.)
Techninė specifikacija

Eil.Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė (reikalavimai)	Siūlomo įrangos charakteristikos (su nuoroda į puslapį pasiūlyme, kur gamintojo originalo techniniame lape nurodytas parametras (t.b. pažymėta aiškiai ir suprantamai). Būtina užpildyti
1	<i>Nurodyti prietaiso pavadinimą, modelį, gamintoją, pagaminimo metus.</i> Būtina		Audiometrijos aparatas Diagnostic Audiometer AD226, 2016-2018, gamintojas –Interacoustics A/S , kilmės šalis -Danija
2	Taikymo sritis	Pacientų klausos jautrumui vertinti.	Audiometras AD226-tai prietaisas , skirtas klausos jautrumui vertinti, klausos praradimui diagnozuoti Naudojimo instrukcija LT (pusl. 1)
3	Išėjimai	1. Orinės ausinės, 2. kaulinės ausinės, 3. maskavimo ausinės, 4. paciento atsako mygtuko.	Atitinka: 1. Orinės ausinės, 2. kaulinės ausinės, 3. maskavimo ausinės, 4. paciento atsako mygtuko, Naudojimo instrukcija LT (pusl. 2)
4	Maksimalus tono garsas (oras/kaulas)	Ne blogiau nei 10dB - 120dB/ - 10dB - 80dB	Intencyvumas : AC: nuo -10 iki 120 dB HL BC: nuo -10 iki 80 dB HL Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.20)
5	Dažnių diapazonas	Ne blogesnis nei 125Hz – 8000Hz	Atitinka: nuo 125 Hz iki 8 kHz , Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr. 20)
6	Dažnių pasirinkimas (įjungimas/išjungimas)	Galimi dažniai: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz, 1500Hz arba 8kHz laisvai išjungti	Atitinka: Dažniai: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz, 1500Hz arba 8kHz laisvai išjungti, Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr. 20)
7	Matavimo ribos	Ne blogiau kaip nuo -10dB iki 120dB	Atitinka: nuo -10dB iki 120dB, Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr. 20)
8	Maskavimas	Tikslaus ruožo garsas, baltasis triukšmas, galimas sinchroninis maskavimas kai antras kanalas pririšamas pagal pirmą kanalą.	Siauro diapazono triukšmas : IEC 60645-1:2012, 5/12 oktavos filtras su ta pačia centrine dažnio skyra kaip ir grynojo tono.

			Sinchroninis maskavimas: 2 kanalo slopintuvą užfiksuoja pagal 1 kanalo slopintuvą, Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.20)
9	Garso stiprumas reguliuojamas	Žingsnis 1 arba 5 dB	Galimi intensyvumo žingsniai: 1, 2 arba 5 dB, Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.20)
10	Tonai	Trelinis tonas, grynas, 5Hz tiksliai sinusinės formos. Tonai perduodami rankiniu būdu, rankiniu būdu nutraukiamas tonas, vienas impulsas, kelių impulsų kas 250-5000 ms.	Trelės tonas +5%, 5Hz (tiksliai sinuso bangos dažniomoduliacija). Tonai perduodami rankiniu būdu, rankiniu būdu nutraukiamas tonas, vienas impulsas, kelių impulsų kas 50-5000 ms., įjungimas/išjungimas. Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.19-20)
11	Automatiniai testai	SISI, ABLB, Stenger, Langenbeck, Automatinis slenksčių nustatymas, Bekesy	Atitinka: *Stangerio tyrimas *ABLB *Langenbeka (tono triukšme) tyrimas *SISI *Automatinis slenkstis : **Hugsono Vestleiko **Bekesy Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.19)
12	Ryšys su pacientu	Paciento atsako mygtukas, raudonas indikatorius audiometre	Paciento atsakymo jungiklis: vieno paspaudimo mygtukas. Bendravimas su pacientu-Talk Forward (TF) – gydytojo kalbėjimas Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr. 8-9, Nr.19)
13	Mikrofonas	Įrengtas audiometre, garso lygis reguliuojamas audiometre diapazone ne blogiau nei 0-110dB SPL	Mikrofonas, įrengtas audiometre, garso lygis reguliuojamas audiometre diapazone 0- 110dB SPL Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.10)
14	Gabaritai	≤30x23x9 cm	Atitinka : 30x23x9 cm , Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.20)
15	Svoris	Svoris ≤ 2,5kg	Atitinka: 1,3 kg Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.20)
16	Jungtis su kompiuteriu	USB laidas	1xUSB kompiuteriui prijungti, Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.20)
17	Spausdinimas	Per kompiuterį su specialia programa, suderinta su Windows operacine sistema	Spausdintuvai susiejami su vietos pateiktų, patvirtintų kompiuterių spausdintuvų sąrašu, Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.20)

18	Vidinė atmintis	Vieno paciento duomenims	Vidinė atmintis – 500 pacientų. Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.20)
18	Ekranas	Vienos eilutės, skaičiams parodyti	480x272 TFT spalvinis ekranas. Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.20)
20	Maitinimo šaltinis	220V, 50Hz, elektros tinklas; - nepertraukiamos elektros energijos šaltinis (UPS)	Maitinimas 220V, 50Hz, elektros tinklas, 5 V kintam. sr., maks. 1,6 a, tik UE10 tipo. Baterijos: 4x 1,5 V/1,2V šarminės/NiMH AA tipo. Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr.20)
21	Komplektacija: Audiometrinės ausinės, kaulo zondas, paciento atsako mygtukas, pagrindiniai maitinimo laidai su UPS, audiogramų formos ir ne mažiau kaip trys rašikliai, audiogramų spausdinimo programa, USB laidas pajungimui audiometro prie kompiuterio, uždangalas nuo dulkių.	Būtina.	Atitinka : Komplektacija: Audiometrinės ausinės DD45, kaulo (laidininkas)zondas B71, paciento atsako mygtukas APS3, pagrindiniai maitinimo laidai su UPS, audiogramų formos ir ne mažiau kaip trys raši kliai, audiogramų spausdinimo programa, USB laidas pajungimui audiometro prie kompiuterio, uždangalas nuo dulkių. Atitinka: Naudojimo instrukcijsa LT (pusl. Nr. 2, Nr. 20-21)
22	Standartai: audiometras turi atitikti audiometrijos standartus IEC 60645-1, ANSI S3.6, Type3., saugumo IEC 60601-1, Class 1, Type B, IEC 60601-1-2, turi medicininį CE ženklą ir atitikti Medicinos prietaisų direktyvą.	Būtina.	Atitnka : audiometrijos standartus IEC 60645-1, ANSI S3.6, Type3., saugumo IEC 60601-1, Class 1, Type B, IEC 60601-1-2, turi mediciniunį CE ženklą ir atitikti medicinos prietaisų direktyvą. Naudojimo instrukcija LT (pusl. Nr. 4, Nr. 5, Nr. 20)
23	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Pilnai užpildytas prietaiso pasas	Kartu su įranga pateikiama: vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Pilnai užpildytas prietaiso pasas
24	CE sertifikavimas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus	Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija)	Kartu su pasiūlymu pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija- CE sertifikato kopija
25	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėn. (dvidešimt keturi), skaičiuojamą nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos	Garantinis laikotarpis- 24 mėn. nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos
26	Nemokama techninė priežiūra garantiniu laikotarpiu.	Būtina.	Garantiniu laikotarpiu- 24 mėn. nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, bus atliekama techninė priežiūra