

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

PASIŪLYMAS DĖL MEDICININIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMO

2019-10-25 Nr. KD19-344

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Graina“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Tiekėjo (įmonės) kodas	147736647
PVM mokėtojo kodas	LT477366410
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Arūnas Padvariškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Administratorė VP specialistė Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@graina.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai	Kiekis	Gamintojas, modelis	1 vnt. kaina be PVM	1 vnt. kaina su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1.	Fakoemulsifikatoriaus Visalis S500 instrumentai:						
1.1	20G PHACO antgalis tiesus 30°, daugkartinio naudojimo REF 303060-0055-000 arba lygiavertis	100 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0055-000	132,00	159,72	13.200,00	15.972,00
1.2	21G PHACO antgalis tiesus 30° bikonusinis, daugkartinio naudojimo REF 303060-0060-000 arba lygiavertis	80 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0060-000	185,00	223,85	14.800,00	17.908,00
1.3	20G silikoninė rankovėlė (Mėlyna) 2,6-2,8mm, (3 vnt.) daugkartinio naudojimo	100 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0101-000	30,00	36,30	3.000,00	3.630,00

	REF 303060-0101-000 arba lygiavertė						
1.4	21G silikoninė rankovėlė (Geltona) 2,2-2,5 mm, (3 vnt.daugkartinio naudojimo REF 303060-0102-000 arba lygiavertė	80 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0102-000	47,00	56,87	3.760,00	4.549,60
1.5	Daugkartinio naudojimo ULITE fakoemulsifikavimo rankena, REF 303060-0001-000 arba lygiavertė	6 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0001-000	3.031,00	3.667,51	18.186,00	22.005,06
1.6	Daugkartinio naudojimo irigacinė/aspiracinė rankena, REF 303060-0140-000 arba lygiavertė	4 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0140-000	266,00	321,86	1.064,00	1.287,44
1.7	Daugkartinio naudojimo 20G dydžio irigacinė/aspiracinė kaniulė, lenkta su silikonine rankovėle pjūviams 2,6-2,8 mm, REF 303060-0160-000 arba lygiavertė	4 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0160-000	219,00	264,99	876,00	1.059,96
1.8	Daugkartinio naudojimo testavimo kamera, (2 vnt.) REF 303060-0202-000 arba lygiavertė	5 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0202-000	49,00	59,29	245,00	296,45
1.9	Daugkartinio naudojimo fakoemulsifikavimo antgalio prisukimo raktas, REF 303060-0121-000 arba lygiavertis	3 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0121-000	85,00	102,85	255,00	308,55
1.10	20G vienkartinio naudojimo priekinės vitrektomijos zondas su silikonine rankovėle (5 vnt.), REF 303060-0301-000 arba lygiavertis	4 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0301-000	650,00	786,50	2.600,00	3.146,00
1.11	Konsolės lentynėlė su rankiniu būdu reguliuojamu aukščiu, REF 303041-9004-000 arba lygiavertė	1 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303041-9004-000	1.962,00	2.374,02	1.962,00	2.374,02
1.12	20G PHACO antgalis tiesus 20°, daugkartinio naudojimo REF 303060-0062-000 arba lygiavertis	6 vnt.	Carl Zeiss Meditec, REF 303060-0062-000	173,00	209,33	1.038,00	1.255,98
Bendra pasiūlymo kaina:						60.986,00	73.793,06

Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) 73.793,06 (septyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys EUR, 06 cnt.)

PVM (21 .proc.) suma Eur 12.807,06 (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai septyni EUR, 06 cnt.)

* Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.


Kartu su pasiūlymu elektronine forma pateikiami skanuoti šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir psl. Nr.
1	Pasiūlymas	5
2	espd-response KONF	13
3	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF	1
4	CE sertifikatas	5
5	CE sertifikatas LT	5
6	Brosiura Visalis_500_accesories	18

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)**:

konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama.**

Administratorė VP specialistė



Edita Štuopienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Siūloma parametro reikšmė	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametą patvirtinantis dokumentas
1.	Fakoemulsifikatoriaus Visalis S500 instrumentai			
1.1	20G PHACO antgalis tiesus 30 ⁰ , daugkartinio naudojimo REF 303060-0055-000 arba lygiavertis	100 vnt.	20G PHACO antgalis tiesus 30 ⁰ , daugkartinio naudojimo REF 303060-0055-000 100 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 6 psl.
1.2	21G PHACO antgalis tiesus 30 ⁰ bikonusinis, daugkartinio naudojimo REF 303060-0060-000 arba lygiavertis	80 vnt.	21G PHACO antgalis tiesus 30 ⁰ bikonusinis, daugkartinio naudojimo REF 303060-0060-000 80 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 6 psl.
1.3	20G silikoninė rankovėlė (Mėlyna) 2,6-2,8mm, (3 vnt.) daugkartinio naudojimo REF 303060-0101-000 arba lygiavertė	100 vnt.	20G silikoninė rankovėlė (Mėlyna) 2,6-2,8mm, (3 vnt.) daugkartinio naudojimo REF 303060-0101-000 100 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 5 psl.
1.4	21G silikoninė rankovėlė (Geltona) 2,2-2,5 mm, (3 vnt.) daugkartinio naudojimo REF 303060-0102-000 arba lygiavertė	80 vnt.	21G silikoninė rankovėlė (Geltona) 2,2-2,5 mm, (3 vnt.) daugkartinio naudojimo REF 303060-0102-000 80 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 5 psl.
1.5	Daugkartinio naudojimo ULITE fakoemulsifikavimo rankena, REF 303060-0001-000 arba lygiavertė	6 vnt.	Daugkartinio naudojimo ULITE fakoemulsifikavimo rankena, REF 303060-0001-000 6 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 3 psl.
1.6	Daugkartinio naudojimo irigacinė/aspiracinė rankena, REF 303060-0140-000 arba lygiavertė	4 vnt.	Daugkartinio naudojimo irigacinė/aspiracinė rankena, REF 303060-0140-000 4 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 8 psl.
1.7	Daugkartinio naudojimo 20G dydžio irigacinė/aspiracinė kaniulė, lenkta su silikonine rankovėle pjūviams 2,6-2,8 mm, REF 303060-0160-000 arba lygiavertė	4 vnt.	Daugkartinio naudojimo 20G dydžio irigacinė/aspiracinė kaniulė, lenkta su silikonine rankovėle pjūviams 2,6-2,8 mm, REF 303060-0160-000 4 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 9 psl.
1.8	Daugkartinio naudojimo testavimo kamera, (2 vnt.)REF 303060-0202-000 arba lygiavertė	5 vnt.	Daugkartinio naudojimo testavimo kamera, (2 vnt.)REF 303060-0202-000 5 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 6 psl.
1.9	Daugkartinio naudojimo fakoemulsifikavimo antgalio prisukimo raktas, REF 303060-0121-000 arba lygiavertis	3 vnt.	Daugkartinio naudojimo fakoemulsifikavimo antgalio prisukimo raktas, REF 303060-0121-000 3 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 6 psl.
1.10	20G vienkartinio naudojimo priekinės vitrektomijos zondas su silikonine rankovėle (5 vnt.),	4 vnt.	20G vienkartinio naudojimo priekinės vitrektomijos zondas su silikonine rankovėle (5 vnt.), REF 303060-0301-000	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 10 psl.

	REF 303060-0301-000 arba lygiavertis		4 vnt.	
1.11	Konsolės lentynėlė su rankiniu būdu reguliuojamu aukščiu, REF 303041-9004-000 arba lygiavertė	1 vnt.	Konsolės lentynėlė su rankiniu būdu reguliuojamu aukščiu, REF 303041-9004-000 1 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 16 psl.
1.12	20G PHACO antgalis tiesus 20 ⁰ , daugkartinio naudojimo REF 303060-0062-000 arba lygiavertis	6 vnt.	20G PHACO antgalis tiesus 20 ⁰ , daugkartinio naudojimo REF 303060-0062-000 6 vnt.	Brošiūra „Visalis 500 accesories“, 6 psl.
1.12	CE atitikties sertifikatas	Būtina		Pridedame
1.13	Garantinis laikotarpis	Ne trumpiau kaip 24 mėn.		24 mėn.
1.14	Reikalavimai techninei dokumentacijai	Pateikti techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.		Pateikiame

Pastaba: grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.

