

**VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
DĖL DEFIBRILIATORIŲ/MONITORIŲ**

2019-11-27 Nr. 554-1900411

Prienai

Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, kodas 190882171, kurios buveinė Pušyno g. 4, LT-59115 Prienai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Ivanausko, veikiantis pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

Lietuvos ir Šveicarijos uždaroji akcinė bendrovė „HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS“, kodas 110747425, kurio registruota buveinė yra Antagynės g. 1, LT-47164, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Algio Bakučio, veikiančios įstatų pagrindu (toliau – Pardavėjas),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti antrai pirkimo daliai – 1 (vieną) defibriliatorių/monitorių pagal pateiktą pasiūlymo kainą.

2. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui defibriliatorių/monitorių, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties **priede** pateiktoje techninėje specifikacijoje (toliau – Prekės), Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

II. SUTARTIES KAINA

3. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis. Sutarties kaina yra lygi 2019-11-22 pasiūlyme Nr. 462012 „Dėl defibriliatorių / monitorių pirkimo“ viešajam pirkimui pateiktai prekių kainai, kuri yra (įskaitant PVM) antrai pirkimo daliai – 25 898,84 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 84 centai), iš jų PVM (21 %) sudaro 4494,84 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai 84 ct).

4. Į šią kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant:

4.1. transportavimo išlaidas;

4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.4. pristatytos Prekių surinkimo, montavimo/instaliavimo/įdiegimo vietoje, paruošimo darbui ir suderinimo/išbandymo (jeigu reikalinga) išlaidas;

4.5. Prekių naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalba pateikimo išlaidas;

4.6. prekių garantinės priežiūros išlaidas;

4.7. Pirkėjo personalo apmokymo dirbti su Prekėmis išlaidas;

4.8. sąskaitų pateikimo naudojantis „e.saskaita“ išlaidas.

5. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems mokesčių dydį arba įvedus naujus ar panaikinus esamus mokesčius, kuriais tiesiogiai apmokestinamos pagal šią Sutartį parduodamų Prekių kaina gali būti keičiama atitinkama dalimi (didinama arba mažinama),

atsižvelgiant į jos sudėtyje esančio mokesčio dalį, ar pridėdant naują mokestį, ar atimant panaikintą buvusį mokestį vadovaujantis šiomis nuostatomis:

5.1. pasikeitus mokesčiams, kuriais apmokestinamos pagal šią Sutartį parduodamos Prekės (pvz., pridėtinės vertės, akcizo ir pan.) bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai turi būti perskaičiuojama Prekių kaina;

5.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant Prekių kainą padidėjus mokesčiui arba įvedus naują mokestį, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja arba jis panaikinamas;

5.3. Prekių kainos pasikeitimą Šalys įformina Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties. Nauja Prekių kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

5.4. Šalis, inicijuojanti Prekių kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti Prekių kainą, egzistavimą;

5.5. Prekių kaina nebus perskaičiuojama, kai pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys mokesčių dydį, įvedimą naujų ar panaikinimą esamų mokesčių, kurie įtakoja Pardavėjo kainodarą, bet tiesiogiai nesusiję su pagal šią Sutartį parduodamomis Prekėmis.

6. Dėl bendro kainų lygio kitimo Prekių kaina nebus perskaičiuojama.

7. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų perdavimo Pirkėjui momento.

III. PARDAVĖJO PAREIGOS

8. Pardavėjas įsipareigoja:

8.1. Sutartyje nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Sutarties priede nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą Sutarties 10 punkte;

8.2. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui Prekių naudojimo instrukcijas lietuvių ir originalo kalba, užvesti bei užpildyti Prekių pasą bei konsultuoti Pirkėją kitais su Pardavėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais klausimais;

8.3. apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Prekėmis. Personalo apmokymai turi būti rengiami Pirkėjo patalpose;

8.4. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys;

8.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. PIRKĖJO PAREIGOS

9. Pirkėjas įsipareigoja:

9.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties priede nurodytus techninius reikalavimus ir, Tiekėjui pateikus Prekių naudojimo instrukcijas lietuvių ir originalo kalba ir įvykdžius kitus Sutarties 10 punkte nustatytus reikalavimus, pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą;

9.2. Pardavėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

9.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

V. PREKIŲ PRISTATYMAS

10. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos **pristatyti adresu Pušyno g. 4, LT-59115 Prienai**, į Pirkėjo atstovo nurodytą patalpą, jas instaliuoti/sumontuoti/įdiegti, paruošti darbui, suderinti/išbandyti, užpildyti prekės pasą bei apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Prekėmis ir perduoti Pirkėjui Prekių naudojimo instrukcijas lietuvių ir originalo kalba. Šalių susitarimu šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą 15 (penkiolika) dienų. Prekių pristatymo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11. Prieš priimdamas Prekes, Pirkėjas (jo įgaliotas asmuo) įsipareigoja patikrinti jų kiekį, kokybę ir komplektiškumą, o Prekių, kurių kiekio, kokybės ir (ar) komplektiškumo neįmanoma patikrinti priėmimo metu - po jo priėmimo. Pirkėjas pastebėjęs Prekių kiekio, kokybės ir (arba) komplektiškumo trūkumus turi teisę reikalauti iki nurodyto termino: iš priėmimo vietos išgabenti Prekes, kurios neatitinka Sutarties ir Pirkimo reikalavimų, pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias prekes tinkamomis prekėmis, Pardavėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus, papildyti trūkstamą Prekių kiekį, o negalint to padaryti – grąžinti už jas gautas lėšas.

VI. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

12. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra naujos, nenaudotos, be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

13. Prekėms nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos taikomas **24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas**. Garantija netaikoma, jei defektai atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

14. Prekes garantiniu laikotarpiu aptarnauja (atlieka techninės būklės tikrinimą ir techninę priežiūrą) ir remontuoja, nemokamai teikia konsultacijas ir paaiškinimus telefonu Tiekėjas arba kitas ūkio subjektas Tiekėjo lėšomis. Specialistas privalo atvykti ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą pateikimo dienos. Į garantinio aptarnavimo kainą įskaičiuotas Prekės (-ių) transportavimas į garantinio aptarnavimo vietą, jei garantinis aptarnavimas negali būti atliekamas Pirkėjo patalpose.

15. Tuo atveju, jeigu Prekių garantinis remontas trunka ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Tiekėjas privalo Prekių garantinio remonto laikotarpiui pateikti Pirkėjui neatlygintinai naudotis lygiavertėmis Prekėmis.

16. Per protingą terminą nepavykus pašalinti gedimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per mėnesį pakeisti sugedusias Prekes naujomis arba lygiavertėmis naujomis Prekėmis.

17. Pardavėjas atsako už Prekių trūkumus, kurie išaiškėja per vienerius metus nuo Prekių perdavimo, nebent numatytas ilgesnis garantinis terminas.

VII. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ, SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

18. PVM sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos **“E. sąskaita” priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu)**. Pirkėjas už Prekes sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros, kuri išrašoma abiejų Šalių pasirašyto Prekės (-ių) priėmimo-perdavimo akto pagrindu, gavimo dienos. Sąskaitoje-faktūroje be kitos informacijos turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

19. Kiekvienu atveju Pardavėjui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,05 procento delspinigius nuo Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

20. Pirkėjui praleidus šioje Sutartyje nustatytą atsiskaitymo terminą, Pardavėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną.

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

21. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybės taisyklių tvirtinimo“, veikimo.

22. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia *force majeure* aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius *force majeure* aplinkybių atsiradimą.

23. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

24. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 6 (šešis) mėnesius. Šalių finansiniai įsipareigojimai pagal šią sutartį lieka galioti iki pilno atsiskaitymo pagal ją.

25. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi įteikti tinkamu būdu, jeigu jie buvo adresuoti šioje Sutartyje arba vėlesniuose pranešimuose nurodytais adresais. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą, Šalis atlygina kitai Šaliai visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

26. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri privalomai turi būti skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

27. Bet koks ginčas ar nuomonių nesutapimas dėl Sutarties ar atskirų jos nuostatų vykdymo sprendžiamas derybomis. Nepavykus ginčų išspręsti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nesutarimo paaiškėjimo dienos, ginčas sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais atvejais ir tvarka. Vienai iš Šalių nevykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus apie tai kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

29. Sutartis sudaryta dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną – Pirkėjui ir Pardavėjui.

30. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

	Pirkėjo atstovas	Pardavėjo (Pardavėjo atstovas)
Pareigos, vardas, pavardė	Direktoriui, Artūras Ivanauskas	
Telefonas	8 652 46950	
El. p.	administracija@prienupspc.lt	

XI. PRIEDAI

- Sutarties 1 priedas - Prekės techninė specifikacija.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas

VšĮ Prienų r. pirminės sveikatos priežiūros centras
Pušyno g. 4, LT-59115 Prienai
Įmonės kodas 190882171
Tel. 8 (319) 60435
A.s.

Pardavėjas

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex
Diagnostics Kaunas“
Antagynės g. 1, LT47164, Kaunas
Įmonės kodas 110747425
Tel. (8 37) 363 056
A.s.



**DEFIBRILIATORIAUS/MONITORIAUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Antra pirkimo dalis**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Techniniai rodikliai (minimalūs reikalavimai)</i>	<i>Tiekėjo siūlomo medicinos prietaiso parametrai</i>
1.	Defibriliatoriaus impulso forma	Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą	Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą. Katalogas II – 3, 4 psl.
2.	Defibriliatoriaus impulso forma	Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą	Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą. Katalogas II – 3, 4 psl.
3.	1. Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas 2. Energijos keitimo žingsnis	1. 2 -360 J, ne siauriau 2. Ne daugiau 50J intervale nuo 2 iki 360J	1. 2 -360 J 2. 35J intervale nuo 2 iki 360J. Katalogas II – 3 psl.
4.	Defibriliatoriaus darbo režimai	Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas	Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas. Katalogas II – 2 psl.
5.	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė	Iki 360 J ne daugiau nei 10 s	Iki 360 J įsikrauna per 10 s. Katalogas II – 3 psl.
6.	Automatinis defibriliavimo režimas	Garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 9 s.	Garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas 6 - 9 s. Katalogas II – 3, 5 psl.
7.	Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrautų akumuliatorių esančių defibriliatoriuje naudojant 360 J energiją	Ne mažiau 400 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo	420 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo. Katalogas II – 3 psl.
8.	Metronomo funkcija skirta vaikų ir suaugusių gaivinimui	Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų/įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems pagal LR SAM ir ERC gaivinimo algoritmą.	Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų/įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems pagal LR SAM ir ERC gaivinimo algoritmą. Katalogas II – 6, 7 psl.
9.	Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka	Būtina, eskaluojančios energijos pasirinkimui	Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka eskaluojančios energijos pasirinkimui. Katalogas II – 8 psl.
10.	Įranga defibriliatoriaus iškrovai patikrinti	Testinė įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą	Testinė įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą. Katalogas II – 9,

			10 psl.
--	--	--	----------------

1.2 Transkutaninio stimuliatoriaus charakteristikos

11.	Stimuliacija	Sinchronizuotas ir nesichronizuotas režimai	Sinchronizuotas ir nesichronizuotas režimai. Katalogas II – 3 psl.
12.	Stimuliacijos dažnių diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 40 iki 170 imp./min	Nuo 40 iki 170 imp./min. Katalogas II – 3 psl.
13.	Stimuliacijos impulso forma	Monofazinė	Monofazinė. Katalogas II – 3 psl.
14.	Stimuliavimo srovė	Siauriausias diapazonas nuo 0 iki 200 mA, ne siauresnis	Siauriausias diapazonas nuo 0 iki 200 mA. Katalogas II – 3 psl.
15.	Refrakterinis periodas	Diapazonas nuo 200 iki 280 ms, ne siauresnis	Diapazonas nuo 180 iki 280 ms. Katalogas II – 3 psl.

1.3 Gyvybinių funkcijų monitoriaus charakteristikos

16.	Ekranas	Integruotas LCD skystųjų kristalų. Spalvotas su galimybe pakeisti į didelio kontrasto priklausomai nuo aplinkos apšvietimo.	Integruotas LCD skystųjų kristalų. Spalvotas su galimybe pakeisti į didelio kontrasto priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. Katalogas II – 2 psl.
17.	Gyvybinių parametru tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane	1. Ne mažiau 8val. trukmės, 2. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija, 3. SpO ₂ , 4. Arterinis kraujo spaudimas, 5. CO ₂ , 6. Širdies susitraukimų dažnis, 7. Kvėpavimo dažnis	1. Ne mažiau 8val. trukmės, 2. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija, 3. SpO ₂ , 4. Arterinis kraujo spaudimas, 5. CO ₂ , 6. Širdies susitraukimų dažnis, 7. Kvėpavimo dažnis. Katalogas II – 3 psl.
18.	Istrižainė ir raiška	Ne mažiau 21 cm; 640x480 taškų	21,2 cm; 640x480 taškų. Katalogas II – 2 psl.
19.	Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius	Ne mažiau 3 kreivių	3 kreivės. Katalogas II – 2 psl.
20.	EKG monitoruojamų derivacijų skaičius	Ne mažiau 12 derivacijų	12 derivacijų. Katalogas II – 2 psl.
21.	12 kanalų EKG interpretacijos duomenys	1. Diagnozė pagal lytį ir amžių, 2. ST segmento amplitudės išmatavimai, 3. Suvidurkinti QRS kompleksai, 4. Ritmo EKG 5. Automatinis 12 kanalų EKG spausdinimas po pirminės EKG užrašymo, esant ST segmento pokyčiams	1. Diagnozė pagal lytį ir amžių, 2. ST segmento amplitudės išmatavimai, 3. Suvidurkinti QRS kompleksai, 4. Ritmo EKG 5. Automatinis 12 kanalų EKG spausdinimas po pirminės EKG užrašymo, esant ST segmento pokyčiams. Katalogas II – 11, 12, 13 psl.
22.	EKG amplitudės dydžiai	Diapazonas ne siauresnis 0,25 – 4 cm/mV	Diapazonas 0,25 – 4 cm/mV. Katalogas II – 2 psl.
23.	ŠSD matavimų ribos	Ne siauresnis nei nuo 20 iki 300 k/min	Nuo 20 iki 300 k/min. Katalogas II – 2 psl.
24.	Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas	VF/VT aliarmo nustatymas rankiniame režime	VF/VT aliarmo nustatymas rankiniame režime. Katalogas II – 3 psl.
25.	Duomenų atminties talpa	Ne mažiau 6 valandų nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį	6 valandų nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį. Katalogas II – 2 psl.

26.	Duomenų perdavimas	Bluetooth (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį; 3G modemai - 12 derivacijų EKG ir aparato techninės būklės duomenų persiuntimas į darbo stotį Bluetooth ir 3G ryšio įranga (sąsaja).	Bluetooth (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį; 3G modemai - 12 derivacijų EKG ir aparato techninės būklės duomenų persiuntimas į darbo stotį Bluetooth ir 3G ryšio įranga (sąsaja). <i>Katalogas II – 2, 14 psl.</i>
27.	Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti	Analizuojami parametrai: ventiliavimo efektyvumo analizė, krūtinės paspaudimų dažnis, dirbtinių įpūtimų dažnis	Analizuojami parametrai: ventiliavimo efektyvumo analizė, krūtinės paspaudimų dažnis, dirbtinių įpūtimų dažnis. <i>Katalogas II – 15 psl.</i>

1.4 Spausdintuvo charakteristikos

28.	Spausdintuvas	Ne mažiau trijų kanalų terminis	Trijų kanalų terminis. <i>Katalogas II – 16 psl.</i>
29.	Užrašymo greičiai	Ne mažiau dviejų EKG užrašymo greičių 25 mm/s ir 12.5 mm/s	Dviejų EKG užrašymo greičių 25 mm/s ir 12.5 mm/s. <i>Katalogas II – 3 psl.</i>
30.	Spausdinimo įjungimas	Iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės	Iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės. <i>Katalogas II – 17, 18 psl.</i>
31.	Popieriaus plotis	Ne mažiau 100 mm +/- 5 mm	100 mm. <i>Katalogas II – 3 psl.</i>

1.5 SpO2 modulis

32.	Matavimo ribos	Ne siauresnės nuo 70 iki 100%	Nuo 70 iki 100%. <i>Katalogas II – 2 psl.</i>
33.	Duomenų indikacija	SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane	SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane. <i>Katalogas II – 2 psl.</i>
34.	ŠSD dažnio matavimo ribos ne siauresnės	Nuo 25 iki 240 k/min,	Nuo 25 iki 240 k/min. <i>Katalogas II – 2 psl.</i>

1.6 AKS matavimo modulis

35.	AKS matavimo diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 15 iki 255 mmHg.	Nuo 15 iki 255 mmHg. <i>Katalogas II – 2 psl.</i>
36.	Automatinis AKS matavimas	Laiko intervalas ne siauresnis nuo 2,5 iki 60 min	Laiko intervalas nuo 2 iki 60 min. <i>Katalogas II – 19 psl.</i>
37.	Manžetės apsauga nuo viršslėgio	Automatinis oro išleidimas viršijus 290 mmHg	Automatinis oro išleidimas viršijus 290 mmHg. <i>Katalogas II – 2 psl.</i>
38.	Parametrų rodymas ekrane	Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo	Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo. <i>Katalogas II – 19 psl.</i>

1.7 CO2 matavimo modulis

39.	Matavimo principas	Infraraudonųjų spindulių spektroskopija	Infraraudonųjų spindulių spektroskopija. <i>Katalogas II – 20 psl.</i>
40.	Mėginio paėmimo srautas	Ne daugiau 50ml/min	50ml/min. <i>Katalogas II – 21 psl.</i>
41.	CO ² sensoriaus matavimo mėginys	Ne daugiau 15 μl	15 μl. <i>Katalogas II – 21 psl.</i>
42.	CO ² matavimo ribos	Ne siauresnės nei nuo 0 iki 99mmHg	Nuo 0 iki 99mmHg. <i>Katalogas II – 2 psl.</i>
43.	Kvėpavimo dažnio matavimo ribos	Ne siauresnės nuo 0 iki 90 k/min.	Nuo 0 iki 99 k/min. <i>Katalogas II – 2 psl.</i>
44.	Apnea registravimas	Būtinai	Apnea registravimas. <i>Katalogas II</i>

			– 3 psl.
1.8 Energijos šaltinis ir kiti			
45.	Akumuliatoriai ir pakroviklis	1. Vienu metu naudojami ne mažiau dviejų akumuliatorių. Akumuliatoriai turi tikti Perkančiosios organizacijos naudojamiems akumuliatorių pakrovėjams : MOBILE Li-ion Charger 13,2V 2A. 2. Energijos lygio indikatorius ant akumuliatorių. 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus. 4. Garsinis signalas senkant akumuliatoriams. 5. Dviejų lizdų akumuliatorių pakroviklis su tvirtinimu autobobilyje	1. Vienu metu naudojami ne mažiau dviejų akumuliatorių. Akumuliatoriai turi tikti Perkančiosios organizacijos naudojamiems akumuliatorių pakrovėjams : MOBILE Li-ion Charger 13,2V 2A. 2. Energijos lygio indikatorius ant akumuliatorių. 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus. 4. Garsinis signalas senkant akumuliatoriams. 5. Dviejų lizdų akumuliatorių pakroviklis su tvirtinimu autobobilyje Katalogas II – 3, 23 psl.
46.	Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 akumuliatorių instaliuotų aparate	Ne mažiau 6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo	6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo. Katalogas II – 3 psl.
47.	Specialus automobilinis tvirtinimas	Sertifikuotas pagal 10G standartą	Sertifikuotas pagal 10G standartą. Katalogas II – 24 psl.
48.	Defibriliatoriaus priedų komplektacija	Trys ličio jonų akumuliatoriai, AKS matavimo manžetės 3 vnt. (šlaunies ir žasto XL, L, M), SpO2 pirštinis daviklis, stimuliacijos kabelis, suaugusių defibriliavimo elektrodai su paspaudimų registravimo funkcija 10 vnt., vaikų defibriliavimo elektrodai su paspaudimų registravimo funkcija 2 vnt., specialus krepšys su trim kišenėmis, CO2 monitoravimo vamzdeliai intubuotam pacientui 10 vnt., automobilinis tvirtinimas	Trys ličio jonų akumuliatoriai, AKS matavimo manžetės 3 vnt. (šlaunies ir žasto XL, L, M), SpO2 pirštinis daviklis, stimuliacijos kabelis, suaugusių defibriliavimo elektrodai su paspaudimų registravimo funkcija 10 vnt., vaikų defibriliavimo elektrodai su paspaudimų registravimo funkcija 2 vnt., specialus krepšys su trim kišenėmis, CO2 monitoravimo vamzdeliai intubuotam pacientui 10 vnt., automobilinis tvirtinimas. Deklaruojame.
49.	Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis	Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo minus 20°C iki plus 50°C, santykinės drėgmės ne siauresnis nuo 5 iki 95%	Darbinės temperatūros diapazonas nuo minus 20°C iki plus 60°C, santykinės drėgmės nuo 5 iki 95%. Katalogas II – 3 psl.
50.	Atitikimui standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją	a) Vandens rezistentiškumo standartas – ne blogiau IPX4 ir papildomose; b) Atsparumas smūgiams EN 1789 – atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; c) Vibracija MIL-STD-810E arba MIL-STD-810F arba MIL-STD-810G, antžeminis	a) Vandens rezistentiškumo standartas – IP44; b) Atsparumas smūgiams EN 1789 – atlaiko kritimą iš 76 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; c) Vibracija MIL-STD-810E, antžeminis transportas 8 kategorija; d) CE atitikties deklaracija; e) Atsparumas kietoms detalėms - ne blogiau IP44;

		transportas 8 kategorija; d) CE atitikties deklaracija; e) Atsparumas kietoms detalėms - ne blogiau IP4X; f) Automobilinio tvirtinimo 10G atitikties sertifikata.	f) Automobilinio tvirtinimo 10G atitikties sertifikata. Katalogas II – 3 psl.
51.	Garantinis laikotarpis	24 mėnesiai	Garantija suteikiama 24 mėnesiams.
52.	Techninė priežiūra ir aptarnavimas	Pateikti gamintojo išduotą sertifikatą apie inžinieriaus apsimokymą atlikti techninę priežiūrą Lietuvoje	Pateikti gamintojo išduotą sertifikatą apie inžinieriaus apsimokymą atlikti techninę priežiūrą Lietuvoje. Pateikiama

Pirkėjas

VšĮ Prienų r. pirminės sveikatos priežiūros centras
Pušyno g. 4, LT-59115 Prienai
Įmonės kodas 190882171
Tel. 8 (319) 60435
A.s.

Pardavėjas

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex
Diagnostics Kaunas“
Antagynės g. 1, LT47164, Kaunas
Įmonės kodas 110747425
Tel. (8 37) 363 056
A.s.

Direktorius
Artūras Ivanauskas



Direktorius
Algis Baktis

