

Pagrindiniai duomenys:

Registro numeris:	2-2259:2007
Pavadinimas:	Nešiojamas dujų analizatorius
Tipas:	EX-TEC GM4
Charakteristikos:	Matavimo ribos: O(2) - (0 - 25) tūr.%; CO - (0 - 500) ppm; H(2)S - (0 - 100) ppm arba (0 - 2000) ppm; NH(3) - (0 - 100) ppm; HCl - (0 - 30) ppm; H(2) - (0 - 1) tūr. %.
Reikalavimai:	LST EN 61779-4:2002; LST EN 50014+A1+A2:2005; LST EN 50018:2001/A1:2002; LST EN 50020+AC:2000
Firma gamintoja:	Hermann Sewerin GmbH
Šalis gamintoja:	Vokietija
Įsakymo numeris:	V-75
Įsakymo data:	2007-09-27

Modifikacijos:

Modifikacijos tipas:	-
Mod. charakteristikos:	-

Užregistravusi firma:

Pavadinimas:	AB "Lietuvos dujos"
Telefonas:	(8-5) 2360210
Faksas:	(8-5) 2360200
Adresas:	Aguonų g. 24,, LT-03212 Vilnius
Valstybė:	Lietuva