

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
TVARSLIAVA (NR. 9084-1)**

VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

2024-04-10

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB „Osteca“
Tiekėjo kodas:	300871049
Tiekėjo adresas:	Danės g. 47, LT-92108, Klaipėda
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:	Projektų vadovo asistentė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	+370 630 43945
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	@osteca.lt

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

Vardas, pavardė, pareigos:	
Vardas, pavardė, pareigos:	
Vardas, pavardė, pareigos:	

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis
 - 1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Bendrieji reikalavimai:

1. Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius (toliau – Ligoninė, perkančioji organizacija), perka šios techninės specifikacijos 10 punkte nurodytas prekes (toliau – prekės). 1 pirkimo dalyje perkamos prekės vakuuminei neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistemai kartu su prekių panaudojimui reikalingos įrangos, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje (toliau – įranga), panauda; 1 – oje pirkimo dalyje siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su tiekėjo pagal panaudą siūloma įranga.
2. Siūlomos prekės ir panaudai siūloma įranga turi būti paženklintos CE ženklu bei atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą..
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
5. Vienkartinių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekės pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
6. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Pavyzdžių kiekiai nurodyti kokybinių ir techninių reikalavimų skiltyje. Laiku nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
7. Prekių naudojimo ir valymo/sterilizavimo/dezinfekavimo (jei taikoma) instrukcijos originalo ir lietuvių kalba pateikiamos kartu su prekėmis.
8. Panaudai suteikiamos įrangos vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis pateikiama su įranga.
9. Pasiūlymų vertinimas bus atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus ir prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).

10. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai ir kokybiniai parametrai, Tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai	Maksimalus kiekis 24 mėn.	Matovnt.	Vieneto įkainis EUR, be PVM	PVM tarifas (%)	Suma Eur, be PVM	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje	Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
VAKUUMINĖ SISTEMA INFEKUOTŲ ŽAIZDŲ GYDYMUI									
1.1	Tvarsčių rinkinys (S dydžio)	Rinkinio komplektacija: 1. speciali poliuretatinė hidrofobinė porėtos struktūros kempinė ≥ 1 vnt. Matmenys: 9cm (± 2 cm) x 9cm (± 2 cm) x ne mažiau kaip 3cm; 2. slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis ≥ 1 vnt. Jungtis jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui; 3. lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti, orui pralaidi ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė ≥ 1 vnt., kuri turi būti be latekso. Plėvelė gali būti užklijuota ant odos ≥ 3 paras. Plėvelės matmenys: ≥ 20 cm x ≥ 30 cm.	300	Vnt.	36,00	5%	10 800,00	Renasys-F Mažas S Smith&Nephew (JAV), ref.nr. 66800794. Katalogo psl.nr. 15.	Rinkinio Renasys-F Mažas S komplektacija: 1. speciali poliuretatinė hidrofobinė porėtos struktūros kempinė 1vnt. Matmenys: 10cm x 8cm x 3cm; 2. slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis 1vnt. Jungtis jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui; 3. lipni, užtikrinanti vakuumą bei

		<i>Pateikti 1 vnt. rinkinio pavyzdžių (jeigu prašoma)</i>							nealergizuojanti, orui pralaidi ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė. Plėvelė gali būti užklijuota ant odos 3 paras. Plėvelės matmenys: 20cm x 30cm. Katalogas psl. nr. 4,6,9,11,15
1.2	Tvarsčių rinkinys (M dydžio)	<p>Rinkinio komplektacija:</p> <p>1. speciali poliuretatinė hidrofobinė porėtos struktūros kempinė ≥ 1vnt. Matmenys: 20cm (±2cm) x 12,5cm (±1cm) x ne mažiau 3cm;</p> <p>2. slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis ≥1vnt. Jungtis jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui;</p> <p>3. lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti, orui pralaidi ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė ≥1vnt. Plėvelė turi būti be latekso. Plėvelė gali būti užklijuota ant odos ≥3 paras. Plėvelės matmenys ne mažiau kaip ≥20cm x ≥30cm.</p> <p><i>Pateikti 1 vnt. rinkinio pavyzdžių (jeigu prašoma)</i></p>	200	Vnt	45,00	5%	9000,00	<p>Renasy F-Vidutinis</p> <p>Smith&Nephew (JAV), ref.nr. 66800795; Katalogo psl.nr. 16</p>	<p>Rinkinio Renasy F-Vidutinis M komplektacija:</p> <p>1. speciali poliuretatinė hidrofobinė porėtos struktūros kempinė 1vnt. Matmenys: 20cm x 12,5cm x 3cm;</p> <p>2. slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis 1vnt jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui;</p> <p>3. lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti, orui pralaidi ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė 2vnt. Plėvelė gali būti užklijuota ant odos 3 paras. Plėvelės matmenys: 20cm x 30cm.</p> <p>Katalogas psl.nr. 4,6,9,11,16</p>
1.3	Tvarsčių rinkinys (L dydžio)	<p>Rinkinio komplektacija:</p> <p>1. speciali poliuretatinė hidrofobinė porėtos struktūros kempinė ≥ 1vnt. Matmenys: ≥24cm x ≥15cm x ne mažiau 3cm;</p> <p>2. slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis ≥1vnt. Jungtis jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui;</p> <p>3. lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti, orui pralaidži ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė ≥2vnt. Plėvelė turi būti be latekso, gali būti užklijuota ant odos</p>	200	Vnt	54,00	5%	10 800,00	<p>Renasy-F Mažas L</p> <p>Smith&Nephew (JAV), 66800796; Katalogas psl.nr. 17;</p>	<p>Rinkinio Renasy-F Mažas L komplektacija:</p> <p>1. speciali poliuretatinė hidrofobinė porėtos struktūros kempinė 1vnt. Matmenys: 25cm x 15cm x 3cm;</p> <p>2. slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis 1 vnt, jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui;</p> <p>3. lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti, orui</p>

		<p>≥3 paras. Plėvelės matmenys ≥20cm x ≥30cm. Pateikti 1 vnt. rinkinio pavyzdžių (jeigu prašoma)</p>							<p>pralaidi ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė 3vnt. Plėvelė gali būti užklijuota ant odos 3 paras. Plėvelės matmenys: 20cm x 30cm. Katalogas.psl.nr. 4,6,9,11,17;</p>
1.4	Vienkartinė talpa (didelė)	<p>1. Vienkartinė talpa eksudato surinkimui, naudojama neigiamo slėgio žaizdų gydymo procedūros metu; 2. Eksudato talpos tūris ≥400ml; Talpa turi būti aiškiai graduota; 3. Talpos viduje eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į žele konsistenciją speciali priemonė; 4. Talpa turi patogiai ir saugiai tvirtintis prie panaudai siūlomo neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparato. Pateikti ≥2 vnt. pavyzdžių (jeigu prašoma)</p>	400	Vnt	36,00	5%	14 400,00	<p>Smith&Nephew (JAV), 66801273; Katalogas psl.nr. 22;</p>	<p>1. Talpa vienkartinė, skirta eksudato surinkimui, naudojama neigiamos slėgio žaizdų gydymo procedūros metu. 2. Eksudato talpos tūris yra 300 ml 3. Talpos viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į žele konsistenciją speciali priemonė. 4. Talpa patogiai ir saugiai tvirtinasi prie panaudai siūlomo neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparato. Katalogas psl.nr. 5,8,10,11,12,14,22,23</p>
1.5	Slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis	<p>1. Skirta sekreto pašalinimui iš žaizdos; 2. Su lipniu antgaliu; 3. Turi apsaugą, užtikrinančią saugų surinkimo indo keitimą; 4. Jungtis jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui. 5. Sterili, supakuota po vieną atskiroje pakuotėje. Pateikti 1 vnt. pavyzdžių (jeigu prašoma).</p>	30	Vnt	22,00	5%	660,00	<p>Softport Smith&Nephew (JAV), ref.nr.66800799; Katalogas psl.nr. 29;</p>	<p>1. Softport(slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis) Jungtis skirta sekreto pašalinimui iš žaizdos; 2. Su lipniu antgaliu; 3. Turi apsaugą, užtikrinančią saugų surinkimo indo keitimą; 4. Jungtis jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui. 5. Sterili, supakuota po vieną atskiroje pakuotėje. Katalogas Psl.nr. 8,9,11,18,29</p>
1.6	Neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatas panaudos pagrindu	<p>1. Galimybė reguliuoti slėgį procedūros metu. Maksimali slėgio diapazono riba ne mažiau nei 180 mm Hg; 2. Galimybė nustatyti ir nuolatinį, ir kintamą terapijos režimą.</p>	5	Vnt	2415,00	21%	12 075,00	<p>Renasys Touch Smith&Nephew (JAV),</p>	<p>1.Renasys Touch (neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatas) Yra Galimybė reguliuoti slėgį procedūros metu. Maksimali slėgio diapazono riba yra 200 mm Hg;</p>

		<p>3. Liečiamas ekranas arba LCD ekranas (aparato valdymas mygtukų pagalba);</p> <p>4. Laidas pajungimui į tinklą, Kištukas pritaikytas Lietuvoje naudojamoms rozetėms;</p> <p>5. Būtina vidinė baterija su įkrovimu, užtikrinanti autonominį maitinimą, neesant elektros tinklo įtampos arba paciento transportavimo metu;</p> <p>6. Aparatas turi būti nešiojamas, su galimybe tvirtinti prie lovos, komplektacijoje lengvai valomas ir dezinfekuojamas aparato krepšys arba diržas.</p> <p>7. Užrakto funkcija neleidžianti pacientui keisti slėgio parametrų.</p> <p>8. Būtinai įspėjamieji signalai: Aparatas signalizuoja išsekus baterijai, esant slėgio pokyčiams, pilnai talpai.</p> <p>9. <i>Privalumas: aparato skleidžiamas garsas, nustatčius nuolatinį (nekintamą) slėgio ciklą ≤47db. Privalumo vertė 15 balų.</i> Pateikti aparatą 1.1 – 1.5 prekių pavyzdžių išbandymui.</p>					<p>ref.nr. 66802134; Katalogas psl.nr. 1;</p>	<p>2. Yra Galimybė nustatyti ir nuolatinį, ir kintamą terapijos režimą.</p> <p>3. Liečiamas ekranas</p> <p>4. Laidas pajungimui į tinklą, Kištukas pritaikytas Lietuvoje naudojamoms rozetėms;</p> <p>5. Yra vidinė baterija su įkrovimu, užtikrinanti autonominį maitinimą, neesant elektros tinklo įtampos arba paciento transportavimo metu;</p> <p>6. Aparatas yra nešiojamas, ir yra galimybė tvirtinti prie lovos, komplektacijoje lengvai valomas ir dezinfekuojamas aparato krepšys ir diržas.</p> <p>7. Užrakto funkcija neleidžianti pacientui keisti slėgio parametrų.</p> <p>8. yra įspėjamieji signalai: Aparatas signalizuoja išsekus baterijai, esant slėgio pokyčiams, pilnai talpai.</p> <p>9. <i>aparato skleidžiamas garsas, nustatčius nuolatinį (nekintamą) slėgio ciklą 43,7db.</i> Katalogas psl. nr. 5,8,10,12,13,26,27</p>
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:							45 660	
PVM suma (EUR)							2283	
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*							47 943	

SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Kiekis, vnt.	Gamintojas, modelis	Pagaminimo metai	Vertė EUR be PVM	Suma Eur, be PVM
1.	Neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatas „RENASYS TOUCH“	5	Smith&Nephew (JAV), 66802134 RENASYS TOUCH	2024 metai	2415,00	12 075,00
2.....						

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, su pasiūlymu pateikiamas laisvos formos raštas dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.	Pasiūlymas ir techninė specifikacija	6	Ne
2.	Katalogas	29	Ne
3.	Tiekėjo deklaracija	1	Ne
4.	EBVPD	14	Ne
5.	Įgaliojimas Gretai Vilkaitei	1	Ne
6.	Jungtinė pažyma	4	Ne

Numatomi pasitekti subtiekejai (jei numatoma):

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo kodas	Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.			
2.			
3.			