

## PATIKSLINIMAS

- **pateikiant gamintojo dokumentus** patvirtinančius atitikimą 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3 punktų reikalavimams;

Lipni, užtikrinanti vakuumą, orui pralaidi ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė- prikabintas dokumentas, kuris įrodo kad plėvelė lipni orui ir drėgmei pralaidi bei bakterijoms atspari bei ji gali išbūti ant odos ne mažiau nei 3 paras. Pateikiame dokumentą „RENASYS Transperent film tender statement rvul“, kuris atitinka 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3. reikalavimus.

Kadangi plėvelė įeina į Renasys touch vienkartinį priemonių rinkinį, ji jau savaime užtikrina vakuumą.

**kuri turi būti be latekso** – prikabintas dokumentas „Latex declaration, kuris įrodo, kad visi gaminiai, įskaitant ir plėvelę, yra be latekso.

**Plėvelės matmenys: 20cm x 30cm** – produktų kataloge „AWM product catalogue 2023“ 174 psl punktai 1.1.3 1.2.3. 1.3.3

Atsakymas:

- **paaiškinant/ patikslinant** kokio dydžio talpa yra siūloma 1.4 pozicijoje, nes pasiūlyme nurodyta 300 ml., o pagrindžiančioje techninėje dokumentacijoje yra nurodyta prieštaringa informacija (pvz. Katalogo 10 ir 12 psl.);

Atsakymas: dėl techninės klaidos pasiūlyme buvo nurodyta 300 ml talpa. Pateikiame teisingą variantą. Renasys touch neigiamo slėgio sistema palaiko ir 800 ml talpą. Todėl taisome įsivėlusią klaidą ir nurodome savo pateiktame kataloge 10 ir 12 psl. punktas 1.4.2. 800 ml talpą.

- **pateikiant gamintojo dokumentus**, patvirtinančius siūlomo modelio žaizdų priežiūros aparato garso parametrus.

Atsakymas: naujame siunčiamame gamintojo kataloge „Renasys touch tender Booklet rvul“ 12 psl 1.6.9. punktas įrodo Renasys Touch aparato garso 43,7 dB pagrįstumą.

Pagarbiai,  
UAB „Osteca“