



DIAGNOSTINĖS SISTEMOS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kalvarijų sodų 1-oji g. 2, LT-08315, Vilnius, tel.: (5) 274 04 94, faks.: (5) 277 76 20
el. paštas diagnostines.sistemas@diagsis.com
Įmonės kodas 122263421, PVM mokėtojo kodas LT222634219
a/s Nr. LT907044060001121835, AB SEB bankas PVM kodas LT 222634219
Duomenys apie įmonę kaupiami Valstybės įmonėje Registrų centras

VšĮ Vilkaviškio ligoninei

2024-07-26

UAB „Diagnostinės sistemos“ siūlo įsigyti šiuos reagentus ir priemones:

REAGENTAI IR PRIEMONĖS IMUNOFERMENTINIAM PUSIAU AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI STAT-FAX 303 (tiekiėjo pasiūlytas panaudai)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Taikomas PVM tarifas	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM	Suma, EUR be PVM per 24 mėn.	Suma, EUR su PVM per 24 mėn.	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
15.1	Chlamydia pneumoniae Ig M	Elisa metodas	200	ELISA metodas. Metodika_VI DIA_Chlamydia.Pneum_Ig M, 1 lapas	3	96 T	5%	240,00	252,00	720,00	756,00	Chlamydia pneumoniae IgM, kat. Nr. ODZ-458. VIDIA spol.s r.r, Čekija
15.2	Chlamydia trachomatis IgM	Elisa metodas	200	ELISA metodas. Metodika_NovaLisa_Chlamydia_trachomatis_IgM, 1 lapas	3	96 T	5%	240,00	252,00	720,00	756,00	Chlamydia trachomatis IgM, kat. Nr. CHLM0070. Novatec Immunodiagnostika GmbH
15.3	Mycoplasma pneumoniae IgM	Elisa metodas	200 tyrimų	ELISA metodas. Metodika_VI DIA_Mycoplasma_pneum	3	96 T	5%	240,00	252,00	720,00	756,00	ELISA Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM,

				oniae_IgM, 1 lapas								ODZ-011. VIDIA spol.s r.r, Čekija
15.4	Aparato optikos tikrinimo priemonės	Pageidaujama fasuotė 1x12 mikro duobučių		Fasuotė 1x12 mikro duobučių	1	1 vnt.	21%	40,00	48,40	40,00	48,40	Dri Dye Check Strips 450 (kontrolė), kat. Nr. E002- 450.Awarenes s Technology Inc., JAV
15 pirkimo dalies bendra suma Eur										2.200,00	2.316,40	

PASTABA.

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinėti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiesiems analizatoriams.

15.1 REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM IMUNOFERMENTINIAM ANALIZATORIUI PANAUDAI (NE SENESNIS NEI 3 METAI)			
Vertinamas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo			
Eil. Nr.	Parametrai	Parametrų techniniai reikalavimai	Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatoriaus paskirtis	Pusiau automatinis analizatorius imunofermentiniams tyrimams vertinti	Pusiau automatinis analizatorius imunofermentiniams tyrimams vertinti. STAT-FAX 303 naudotojo instrukcija, 3 lapas
2	Analizatoriaus veikimo principas - monochromatinis ir biochromatinis režimai	Būtina	Yra. STAT-FAX 303 naudotojo instrukcija, 3 lapas
3	Ne mažiau kaip 4 skirtingi bangos ilgiai: 405,450, 492 630 nm	Būtina	Yra. STAT-FAX 303 naudotojo instrukcija, 3 lapas
4	Turi būti spausdinamos ir išsaugomos kalibracinės kreivės ir užprogramuoti tyrimai	Būtina	Yra. STAT-FAX 303 naudotojo instrukcija, 3 lapas
5	Vienu metu turi nuskaityti 3x12 arba 3x8 formato laužomas juostelės esančias specialiuose dėkluose.	Būtina	Yra. STAT-FAX 303 naudotojo instrukcija, 3 lapas

6	Analizatorius privalo turėti galimybę programuoti tyrimus: absorbcijos, vieno kalibratoriaus, regresijos, absorbcijos daugiataškiame režime, up take, apribojimo režimais.	Būtina	Yra. STAT-FAX 303 naudotojo instrukcija, 3 lapas
7	turi būti galimybė pasirinkti tyrimo vertinimo vienetu sistemas iš 16-os pasirinkčių	Būtina	Yra. STAT-FAX 303 naudotojo instrukcija, 9-11 lapai
8	Analizatoriaus gamintojo optikos tikrinimas kontrolinėmis priemonėmis	Būtina	Yra. STAT-FAX 303 naudotojo instrukcija, 21 lapas

Viešųjų pirkimų specialistė

Dalia Vilkelytė