



Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

PASIŪLYMAS

LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS TYRIMAMS ATLIKTI, SU VŠĮ PASVALIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TURIMAIS ARBA PANAUDAI SUTEIKIAMAIS TIEKĖJŲ ANALIZATORIAIS

2024-10-15

(data)

Vilnius

(vieta)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB BIOEKSMA
Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei)	Sonata Balasaitienė
Telefono numeris	+370 5 272 97 18
El. pašto adresas	bioeksma@bioeksma.lt

Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius
Tel.: (8-5) 272 97 21, 272 97 18 faks.: (8-5) 272 90 99
El.p. bioeksma@bioeksma.lt
www.bioeksma.lt

Įmonės kodas 300096612
PVM mokėtojo kodas LT100001556016
A.s LT59 7044 0600 0472 4488
AB SEB bankas, banko kodas 70440

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAM) (nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies procentais, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.			

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiektėjus)

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas*	Sutarties objekto dalies procentais, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas**
1.		

*Pastaba. *Jei tiekėjas numato pasitelkti subtiektėjus, bet jų pajėgumais remtis neketina, pildoma, jei žinoma pasiūlymo pateikimo metu.*

***Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiektėjus, net jei nėra žinomi kokie tai subtiektėjai. Vykdamas pirkimo sutartį tik šiems darbamams, paslaugoms bei užduotims bus galima pasitelkti subtiektėjus.*

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatoma ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta

Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius Įmonės kodas 300096612
 Tel.: (8-5) 272 97 21, 272 97 18 faks.: (8-5) 272 90 99 PVM mokėtojo kodas LT100001556016
 El.p. bioeksma@bioeksma.lt A.s LT59 7044 0600 0472 4488
www.bioeksma.lt AB SEB bankas, banko kodas 70440

tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už išgytą pirkimo objektą, šis mokeskis įskačiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskačiuavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskačiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskačiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskačiuotos į Sutarties kainą):

- 4.2.1. transportavimo išlaidas;
- 4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;
- 4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 4.2.4. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
- 4.2.5. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

Mes siūlome šias prekes:

V. Penktoji pirkimo dalis

5.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI PUSIAU AUTOMATINIŲ ANALIZATORIUMI (ARBA LYGLAVERČIU)

Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklavimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

5.1. Pirkimo dalis (žr. bylą „5.1. EXL lentelė. Šlapimo analizatoriams.xlsx“).

5.2. (I) PUSIAU AUTOMATINIS ŠLAPIMO ANALIZATORIUS – 3 vnt. Siūlomi analizatoriai BM URI 500 – 3 vnt.

Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius	Įmonės kodas 300096612
Tel.: (8-5) 272 97 21, 272 97 18 faks.: (8-5) 272 90 99	PVM mokėtojo kodas LT100001556016
El.p. bioeksma@bioeksma.lt	A.s LT59 7044 0600 0472 4488
www.bioeksma.lt	AB SEB bankas, banko kodas 70440

(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 5. 2. (I) dalyje nurodytus techninius reikalavimus)

Eil. Nr.	Techniniai parametrai / specifikacija	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomos įrangos parametrai atitiktinas su nuoroda į gaminio dokumentaciją.
1.	Paskirtis	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles.	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles. BM URI_500 brošiūra LT_1.
2.	Matavimo metodas	Atspindžio fotometras.	Atspindžio fotometras. BM URI_500 brošiūra LT_2.
3.	Matavimo pajėgumas	Ne mažiau 520 tyrimų / val.	520 tyrimų / val. BM URI_500 brošiūra LT_3.
4.	Atmintis	Iki 5000 tyrimų rezultatų.	5000 tyrimų rezultatų. BM URI_500 brošiūra LT_4.
5.	Brūkšnių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje.	Būtina.	Brūkšnių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje. BM URI_500 brošiūra LT_5. Išrašas iš <i>Manualo</i> LT_5. (11psl.)
6.	Mėginių identifikacija	Suvedimas rankiniu būdu ir / ar nuskaitant brūkšnius kodus.	nuskaitant brūkšnius kodus. Išrašas iš <i>Manualo</i> LT_6.
7.	Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas.	Būtina.	Optinė-elektroninė jutiklių sistema. Automatinis testinis tyrimas. Išrašas iš <i>Manualo</i> LT_7. (5psl.) Išrašas iš <i>Manualo</i> LT_7. (6psl.)

Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius
Tel.: (8-5) 272 97 21, 272 97 18 faks.: (8-5) 272 90 99
El.p. bioeksma@bioeksma.lt
www.bioeksma.lt

Įmonės kodas 300096612
PVM mokėtojo kodas LT100001556016
A.s LT59 7044 0600 0472 4488
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

8.	Tiriamų parametrų skaičius	10 parametrų.	BM URI (10) - 10 parametrų. <i>BM URI_500 brošiūra LT.8.</i>
9.	Tiriami parametrai	Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai	Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai. <i>BM URI_500 brošiūra LT.9.</i>
10.	Kokybės kontrolė	2 lygių, skysta, paruošta naudoti.	2 lygių, skysta, paruošta naudoti. <i>QC Šlapimo kontrolės aprašymas.</i>
11.	Kalibravimas	Automatinė savikalibracija.	Automatinė savikontrolė (savikalibracija). <i>BM URI_500 brošiūra LT. 11.</i>
12.	Rezultatų pateikimas	SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu.	SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. <i>Išrašas iš Manualo LT_12 (10psl.)</i>
13.	Rezultatų spausdinimas	Terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio.	Vidinis terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio. <i>BM URI_500 brošiūra LT. 13.</i>
14.	Integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms	Būtina	Integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms. <i>Išrašas iš Manualo LT. 14. (9psl.)</i>
15.	Jungtys	RS 232, paralelinė, barkodui.	RS 232, standartinė 25, PS/2 prievadas barkodų skaitytuvui. <i>BM URI_500 brošiūra LT. 15.</i>

Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius
 Tel.: (8-5) 272 97 21, 272 97 18 faks.: (8-5) 272 90 99
 El.p. bioeksma@bioeksma.lt
www.bioeksma.lt

Įmonės kodas 300096612
 PVM mokėtojo kodas LT100001556016
 A.s LT59 7044 0600 0472 4488
 AB SEB bankas, banko kodas 70440

16.	Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią ESIS dvikrypčių ryšiu.	Būtina	Analizatorius turi jungtis ir gali būti jungiamas į įstaigoje esančią ESIS dvikrypčių ryšiu. <i>BM URI_500 brošiūra LT_16.</i>
17.	Gamintojo įgaliojimas ir šlapimo analizatoriaus CE sertifikatas.	Būtina	Gamintojo įgaliojimas ir šlapimo analizatoriaus CE sertifikatas pridedami.

5.2. (II) PUSIAU AUTOMATINIS ŠLAPIMO ANALIZATORIUS – 6 vnt. Siūlomi analizatoriai BMR URI 200 - 6 vnt.
(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 5. 2. (II) dalyje nurodytus techninius reikalavimus)

Eil. Nr.	Techniniai parametrai/ specifikacija	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomos įrangos parametrai atitikimas su nuoroda į gaminių dokumentaciją.
1.	Paskirtis	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles.	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles. <i>BM URI 200 brošiūra LT_1.</i> <i>Išrašas iš Manualo LT_1. (2.psl.)</i>
2.	Matavimo metodas	Atspindžio fotometras.	Atspindžio fotometras. <i>BM URI 200 brošiūra LT_2.</i> <i>Išrašas iš Manualo LT_2. (2.psl.)</i>
3.	Matavimo pajėgumas	Ne mažiau 60 tyrimų / val.	60 tyrimų / val. <i>BM URI 200 brošiūra LT_3.</i> <i>Išrašas iš Manualo LT_3. (2.psl.)</i>

Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius
Tel.: (8-5) 272 97 21, 272 97 18 faks.: (8-5) 272 90 99
El.p. bioeksma@bioeksma.lt
www.bioeksma.lt

Įmonės kodas 300096612
PVM mokesčio kodas LT100001556016
A.s LT59 7044 0600 0472 4488
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

4.	Arminis	Iki 4 000 tyrimų rezultatų.	4000 tyrimų rezultatų. <i>BM URI_200 brošiūra LT. 4.</i> <i>Išrašas iš Manualo LT. 4. (2.psl.)</i>
5.	Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje.	Būtina.	Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje. <i>Išrašas iš Manualo LT. 5. (2psl.)</i>
6.	Mėginių identifikacija	Suvedimas rankiniu būdu ir / ar nuskaitant brūkšninius kodus.	Suvedimas rankiniu būdu ir / ar nuskaitant brūkšninius kodus. <i>Išrašas iš Manualo LT. 6. (2psl.)</i>
7.	Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas.	Būtina.	Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas. <i>Išrašas iš Manualo LT. 7. (6psl.)</i>
8.	Tiriamų parametrų skaičius	10 parametrų.	10 parametrų. <i>BM URI_200 brošiūra LT. 8.</i> <i>Išrašas iš Manualo LT. 8. (2psl.)</i>
9.	Tiriami parametrai	Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai	Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai. <i>BM URI_200 brošiūra LT. 9.</i> <i>Išrašas iš Manualo LT. 9 (2psl.)</i>
10.	Kokybės kontrolė	2 lygių, skysta, paruošta naudoti.	2 lygių, skysta, paruošta naudoti. <i>QC Šlapimo kontrolės aprašymas.</i>
11.	Kalibravimas	Automatinė savikalibracija.	Automatinė savikalibracija – savitakra. <i>Išrašas iš Manualo LT. 11. (2psl.)</i>

Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius
 Tel.: (8-5) 272 97 21, 272 97 18 faks.: (8-5) 272 90 99
 El.p. bioeksma@bioeksma.lt
www.bioeksma.lt
 Įmonės kodas 300096612
 PVM mokėtojo kodas LT100001556016
 A.s LT59 7044 0600 0472 4488
 AB SEB bankas, banko kodas 70440

12.	Rezultatų pateikimas	SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu.	SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. <i>Išrašas iš Manualo LT_12_ (2 ir 7psl.)</i>
13.	Rezultatų spausdinimas	Terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio.	Terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio. <i>BM URI 200 brošiūra LT_13. Išrašas iš Manualo LT_13_ (2.psl.)</i>
14.	Integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms	Būtina	Integruota atliekų plokštelė šlapimo mėginių pertekliui šalinti. <i>Išrašas iš Manualo LT_14_ (6psl.)</i>
15.	Jungtys	RS 232, paralelinė, barkodui.	RS 232, paralelinė, barkodui. <i>BM URI 200 brošiūra LT_15. Išrašas iš Manualo LT_15_ (2psl.)</i>
16.	Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią ESIS dvikrypčių ryšiu.	Būtina	Analizatorius turi jungtis ir gali būti jungiamas į įstaigoje esančią ESIS dvikrypčių ryšiu.
17.	Gamintojo įgaliojimas ir šlapimo analizatoriaus CE sertifikatas.	Būtina	Gamintojo įgaliojimas ir CE sertifikatas pridedamas.

VII. Septintoji pirkimo dalis

7.1. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS KRAUJO SERUME ATLIKTI SU AUTOMATINIŲ ANALIZATORIUMI „Olympus AU 400“ (ARBA LYGLIAVERČIU)

Stūdomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, tinkantys analizatoriui „Olympus AU 400“. Jeigu stūdomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti stūdomo analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius bei techninius

Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius Jmonės kodas 300096612
 Tel.: (8-5) 272 97 21, 272 97 18 faks.: (8-5) 272 90 99 PVM mokėtojo kodas LT1000001556016
 El.p. bioeksma@bioeksma.lt A.s LT59 7044 0600 0472 4488
www.bioeksma.lt AB SEB bankas, banko kodas 70440

reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiavėčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinai CE ženklavimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

7.1. Pirkimo dalis (žr. bylą „7.1.EXL lentelė. Biocheminio analizatoriaus reagentai ir priedai.xlsx“).

Pastabos:

* Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturių skaičiais po kablelio. Maksimalaus kiekio suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio;

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius
Tel.: (8-5) 272 97 21, 272 97 18 faks.: (8-5) 272 90 99
El.p. bioeksma@bioeksma.lt
www.bioeksma.lt

Įmonės kodas 300096612
PVM mokėtojo kodas LT100001556016
A.s LT59 7044 0600 0472 4488
AB SEB bankas, banko kodas 70440

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1	Igaliojimai (.pdf bylos, .7z archyvas)	4
2	Atitikties (CE) deklaracijos (.pdf bylos, .7z archyvas)	6
3	Aprašymai 5 pirkimo dalis (.pdf ir .doc bylos, .7z archyvas)	4
4	Aprašymai 7 pirkimo dalis (.pdf ir .doc bylos, .7z archyvas)	64
5	Diasys Aplikacijos AU400 – tinkamumas (.pdf ir .doc bylos, .7z archyvas)	20
6	BM URI 200, 500 Atitikimas su pažymėjimais (.pdf bylos, .7z archyvas)	2
7	TS Šlapimo analizatorių (.doc bylos, .7z archyvas)	2
8	Priežiūros sertifikatai (.pdf bylos, .7z archyvas)	2

Pasirašomas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatymiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- teikdamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Priešinu riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėčiau įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą;
- suinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.


Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

[Signature]
(Parašas*)

UAB „Ramūnas Diliautas“

(Parašas*)



Ukmergės g. 364-20, LT-14188 Vilnius
Tel.: (8-5) 272 97 21, 272 97 18 faks.: (8-5) 272 90 99
El.p. bioeksma@bioeksma.lt
www.bioeksma.lt

Įmonės kodas 300000002
PVM mokėtojo kodas LT100001556018
A.s LT59 7044 0600 0472 4488
AB SEB bankas, banko kodas 70440

V. Pankroji pirkimo dalis

5.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI PUSIAU AUTOMATINIŲ ANALIZATORIUMI (ARBA LYGIATVIRČIU)

Sūlimo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos sūlimo lygiavertės analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinai CE ženklintas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.	
Sūlimo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos sūlimo lygiavertės analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinai CE ženklintas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.	

En. Nr.	Reagentų pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Preliminarūs tyrimų skaičiai (skaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 24 mėn.)	Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti išsąlygiuotą nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytų tyrimų skaičiams	Sūlimo pakuočių	Sūlimos pakuočių fiksuota kaina € be PVM	Sūlimos pakuotės fiksuota kaina € su PVM	Iš viso suma € be PVM	Iš viso suma € su PVM	Iš viso PVM suma €	Gaminio pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
5.1.	10 parametų šlapimo tyrimas	Šlapimo tyrimas baltymo, leukocitų, kraujo, nitritų, gliukozės, ketonų, pH, sąrykinio tankio, bilirubino ir urobilino gauso nustatymui	9200	juostelių aprašymas	92	100	25,00	26,25	2 300,00	115,00	2 415,00	BioMaxima, Šlapimo juostelės BM URL 10 1-550-0100
5.2.	Šlapimo kontrolė			kontrolės aprašymas	25	rink.	20,00	21,00	500,00	25,00	525,00	BioMaxima, Šlapimo kontrolė 1-555-0016
5.3.	popierius terminis				52,00	1 rul.	0,90	1,09	46,80	9,83	56,63	BioMaxima, popierius terminis
							5 pirkimo dalies bendra suma € (be PVM)		2 846,80			
							5 pirkimo dalies PVM		149,83			
							5 pirkimo dalies bendra suma € (su PVM)		2 996,63		2 996,63	

PASTABOS:

- Visos sūlimos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi.
- Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (rašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
- Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, vieno lygio kokybės kontrolę bus atliekama su vienu analizatoriumi) ir kitų priemonių kiekį nurodant preliminariam tyrimų skaičiumi per 24 mėn. atlikti.
- Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti pažendinti CE ženklu ir atitikti Reglamentą (ES) 2017/746.
- Pirkėjas nespė pareigoti mupirti viso prekės kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
- Tiekėjas gali rinkti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda

71. REAGENTI IR REKALINGOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS KRAUJO SERUME ATLIEKI SU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI. - *Olympus AU400*[®] (ARBA LYGIAVERTI) - SŪLOME OLYMPUS AU400.

Sidūnui negaunai ir eksperimentuoties priemonės turi būti originalios, patvirtintos gamintojo ir atitikt kokybiškus bei techninius reikalavimus (gautas kokybinės dokumentacijos kopijos). Negaunama ir eksperimentuoti su žaliavomis, kurios yra pavojingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Negaunama eksperimentuoti su gyvūnais, su kurių naudojimas draudžiamas Lietuvos Respublikos gyvūnų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktais. Negaunama eksperimentuoti su pavojingomis medžiagomis, kurios yra pavojingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Negaunama eksperimentuoti su pavojingomis medžiagomis, kurios yra pavojingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Negaunama eksperimentuoti su pavojingomis medžiagomis, kurios yra pavojingos žmonių sveikatai ir aplinkai.

CEL Nr.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiniui ir techniniai reikalavimai	Priešimams tyrimų skaičius (skaitant kasdienius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 24 mėn.)	Kokybiškai ir techninių reikalavimų patikrinimo metodų analizavimas dokumentais	Rašytinė ir patvirtinti analizės (analizės) tyrimų skaičiai	Priešimams tyrimų skaičius (skaitant kasdienius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 24 mėn.)	Sitosems pakuočių išdėstymas ir tūris %	Sitosems pakuočių išdėstymas ir tūris %	Bi viso sumo 6 su PVM	Bi viso sumo 6 su PVM	Gaminio pavadinimas, Konkrečios prekės pavadinimas
1.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	18000	reag. apsašymas	2250	10x60ml	68,00	71,40	612,00	642,60	Glucose COD FS 10 (10x60ml) 12309910917
2.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	13446	reag. apsašymas	2250	10x60ml	133,00	160,65	918,00	963,90	Cholesterol FS 10 (10x60ml) 133009910917
3.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	8604	reag. apsašymas	500	4x20x20ml	107,00	112,35	1 926,00	2 022,30	Triglycerides FS 10 (10x60ml) 133009910917
4.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	13206	reag. apsašymas	500	4x20x20ml	133,00	139,65	5 591,00	5 770,35	LDL-C Direct (4x20x20ml) 133009910917
5.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	8	8	3x3ml	3x3ml	58,00	60,90	454,00	487,20	Triglycerides FS 10 (10x60ml) 133009910917
6.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	8172	reag. apsašymas	2250	10x60ml	265,00	278,25	1 060,00	1 113,00	Triglycerides FS 10 (10x60ml) 133009910917
7.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	912	reag. apsašymas	500	4x20x20ml	36,00	37,80	108,00	113,40	Triglycerides FS 10 (10x60ml) 133009910917
8.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	232	reag. apsašymas	2250	8x20x20ml	148,00	155,40	148,00	155,40	Calcium P FS (8x20x20ml) 111819910917
9.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	2374	reag. apsašymas	450	6x20ml	36,00	37,80	216,00	226,80	Calcium P FS (8x20x20ml) 111819910917
10.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	4000	reag. apsašymas	400	3x20x20ml	380,00	395,00	4 560,00	4 788,00	Magnesium XL FS (6x20) 146109910917
11.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	6	6	4x0,25ml	4x0,25ml	84,00	88,20	504,00	529,20	Tricalcium Phosphate FS (4x0,25ml) 133009910917
12.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	6	6	4x0,25ml	4x0,25ml	54,00	56,70	324,00	340,20	Tricalcium Phosphate FS (4x0,25ml) 133009910917
13.	Rašytinė pavadinimas	Kokybiškai ir techniniai reikalavimai	6	6	4x0,25ml	4x0,25ml	54,00	56,70	324,00	340,20	Tricalcium Phosphate FS (4x0,25ml) 133009910917

Isskaitinčius Pakuočių
skaičius pagal tyrimus

7.15.	Hamchynojuanti reagentas			10		500ml	24,00	5	25,20	240,00	252,00	Quantikine Hamolyzing Solution 500 ml 145709910113
7.16.	Reagentas C – reaktyvinio baltymo koncentracijai kungio serumo nustatymui <i>su mureduju arba lygavertiu analizuojant</i>	9556	reag. aprašymas	4,00	2400	8560/8x12ml	793,00	5	832,65	3 172,00	3 336,60	CRP FS (8560/8x12ml) 170029510917
7.17.	Kalibratorius CRP			8		502ml	108,00	5	113,40	864,00	907,20	TruCal CRP FS CalSet L, FV (5x2) 170059910939DS
7.18.	Kontrolinis serumas CRP			6		3x2ml	62,00	5	65,10	372,00	390,60	TruLab CRP FS Level 1 (3x2) 590509910965DS
7.19.	Kontrolinis serumas CRP			6		3x2ml	62,00	5	65,10	372,00	390,60	TruLab CRP FS Level 2 (3x2) 590509910965DS
7.20.	Reagentas bendro bilirubino koncentracijai kungio serumo nustatymui <i>su mureduju arba lygavertiu analizuojant</i>	1404	reag. aprašymas	1,00	2250	8560/8x15ml	66,00	5	69,30	66,00	69,30	Bilirubin Auto Total FS (8560/8x15) 108119910917DS
7.21.	Reagentas tiesioginio bilirubino koncentracijai kungio serumo nustatymui <i>su mureduju arba lygavertiu analizuojant</i>	1404	reag. aprašymas	4,00	575	4x20x2x10ml	24,00	5	25,20	96,00	100,80	Bilirubin Auto Direct FS (4x20x2x10) 108219910930DS
7.22.	Reagentas šlapimo koncentracijai kungio serumo nustatymui <i>su mureduju arba lygavertiu analizuojant</i>	1236	reag. aprašymas	2,00	2571	8560/8x15ml	50,00	5	52,50	100,00	105,00	Urea FS (8560/8x15) 131019910917DS
7.23.	Reagentas šlapimo koncentracijai kungio serumo nustatymui <i>su mureduju arba lygavertiu analizuojant</i>	15512	reag. aprašymas	7,00	2571	8560/8x15ml	36,00	5	37,80	252,00	264,60	Creatinine FS (8560/8x15) 117119910917DS
7.24.	Reagentas šlapimo rūgšties koncentracijai kungio serumo nustatymui <i>su mureduju arba lygavertiu analizuojant</i>	1668	reag. aprašymas	1,00	2571	8560/8x15ml	134,00	5	140,70	134,00	140,70	Uric Acid FS TCOS (8560/8x15) 139019910917DS
7.25.	Reagentas ALT koncentracijai kungio serumo nustatymui <i>su mureduju arba lygavertiu analizuojant</i>	5702	reag. aprašymas	3,00	2571	8560/8x15ml	102,00	5	107,10	306,00	321,30	ALAT (GPT) FS (IFCC mod.) (8560/8x15) 127019910917DS
7.26.	Reagentas AST koncentracijai kungio serumo nustatymui <i>su mureduju arba lygavertiu analizuojant</i>	5702	reag. aprašymas	3,00	2571	8560/8x15ml	102,00	5	107,10	306,00	321,30	DiASys AST (GOT) FS (IFCC mod.) (8560/8x15) 127019910917DS
7.27.	Reagentas kreatinino fosforazės koncentracijai kungio serumo nustatymui <i>su mureduju arba lygavertiu analizuojant</i>	1255	reag. aprašymas	6,00	300	4x20x2x10ml	24,00	5	25,20	144,00	151,20	ALP FS FS TCOS (8560/8x15) 104119910930DS
7.28.	Reagentas P – anizotris koncentracijai kungio serumo nustatymui <i>su mureduju arba lygavertiu analizuojant</i>	350	reag. aprašymas	3,00	250	4x20x2x10ml	88,00	5	92,40	264,00	277,20	Pancratic amylase (4x20x2x10ml) 105519910920DS
7.29.	Reagentas citotoksinių koncentracijai nustatymui	83880		3,00	3000	16x48ml	240,00	5	252,00	720,00	756,00	LHE (16x48ml) OSR601166
7.30.	Kalibratorius Universitas			1,4		20x3ml	140,00	5	147,00	196,00	205,80	TruCal U FS (20x3) 591009910063
7.31.	Kontrolinis serumas N			6		6x5ml	38,00	5	60,90	348,00	365,40	TruLab N (6x5) 59009910061
7.32.	Kontrolinis serumas P			6		6x5ml	38,00	5	60,90	348,00	365,40	TruLab P (6x5) 59009910061
7.33.	Ploviklis			24		2L	24,00	5	25,20	576,00	604,80	OSQ001 Wash Sol (2L)
7.34.	Ploviklis			5		500ml	52,00	5	54,60	260,00	273,00	OSQ6039 Clean Sol (500ml)
7.35.	Lema			2		1 vnt	168,00	21	203,28	336,00	406,36	MU9888 OL OLYMPUS lema
7.36.	HIT Magnitveliai			35		250 vnt	6,00	21	72,60	210,00	254,10	10394246 HIT Magnitveliai (250vnt)
7.37.	Peristekinės pompų vamzdeliai			4		2 vnt	184,00	21	222,64	736,00	890,56	MU9823 Peristekinės pompų vamzdeliai (2 vnt)
7.38.	Pratimo juostelė			4		1 vnt	60,00	21	72,60	240,00	290,40	JS14K2711 Spaud. juostelė 15321173016203017240
7.39.	Popieriniai perforuoti kabinai			9		1 dėž.	56,00	21	67,76	504,00	609,84	15321173016203017240 perforuoti kabinai
7.40.	Sviesos			1		1 vnt	550,00	21	665,50	550,00	665,50	2x60111 Re

PASTABOS:

- [illegible]