

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"

GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS

Kam: Klaipėdos universiteto ligoninė

Data:	2025.01.07
Nr.:	OST25/0107/1
Vieta:	Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB Osteca
Tiekėjo kodas (-ai):	300871049
Tiekėjo adresas (-ai):	Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT100003238211 a/s LT294010041800430537
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	Luminor Bank AB Banko kodas 40100
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	a/s LT39 7300 0101 2126 1479 Projektų vadovas Evaldas Ročys
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	Tel.: +37065042318, el. p.: er@osteca.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Direktorius Arvydas Klovas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	Projektų vadovas Evaldas Ročys, Tel.: +37065042318, el. p.: er@osteca.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	Nėra

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - viešojo pirkimo dokumentuose
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
- Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
- Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.

1. DALIS GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas	Siūlomo parametro atitikimas	Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Geležtės jėgos instrumentams							
1.1.	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui	10	vnt					
1.1.1.	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)							
1.1.2.	Išmatavimai 100,00x19,05X1,27 mm.							
1.1.3.	Ilgis gali varijuoti 5 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų.							
1.2.	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui	10	vnt					
1.2.1.	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)							

1.2.2.	Išmatavimai 100,00x25X1,27 mm.							
1.2.3.	Ilgis gali varijuoti 5 mm, o plotis gali būti siauresnis 3,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų							
1.3.	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui	10	vnt					
1.3.1.	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)							
1.3.2.	Išmatavimai 90,00x19,05X1,27 mm.							
1.3.3.	Ilgis gali varijuoti 5 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų.							
1.4.	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui	10	vnt					
1.4.1.	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)							
1.4.2.	Išmatavimai 90,00x25X1,27 mm.							
1.4.3.	Ilgis gali varijuoti 5 mm, o plotis gali būti siauresnis 3,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų							
1.5.	Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui	10	vnt					
1.5.1.	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)							
1.5.2.	Išmatavimai 70,00x13,0X0,89 mm.							
1.5.3.	Ilgis gali varijuoti 5 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų.							
1.5.4.	Dantukai iš abiejų pusių.							
1.6.	Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui	10	vnt					
1.6.1.	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)							
1.6.2.	Išmatavimai 70,00x10,0X1,0 mm.							
1.6.3.	Ilgis gali varijuoti 5 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų.							
1.6.4.	Dantukai iš vienos pusės.							
1.7.	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams	10	vnt					
1.7.1.	Sterili, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)							
1.7.2.	Išmatavimai 30,00x7,0X0,4 mm.							
1.7.3.	Ilgis gali varijuoti 5 mm, o plotis gali būti siauresnis arba platesnis 0,5 mm ribose, storis turi atitikti.							
1.8.	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams	10	vnt					
1.8.1.	Sterili, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)							
1.8.2.	Išmatavimai 30,00x10,0X0,4 mm.							
1.8.3.	Ilgis gali varijuoti 5 mm, o plotis gali būti siauresnis 0,5 mm ribose, storis turi atitikti.							
				Suma be PVM		Neužpildytos visų objektų kainos		
Taikomas PVM dydis (%)				PVM suma		Nurodykite taikomą PVM dydį		
				Suma su PVM	0			

2. DALIS GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas	Siūlomo parametro atitikimas	Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2.	Geležtės jėgos instrumentams							
2.1.	Vienkartinės sagitalinio pjovimo geležtės	30	vnt	32	960	Geležtė, gamintojas ACF (Turkija), ref. kodas 143 095 025 060		
2.1.1.	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams AUXEIN Osteodrive						Tinkama Auxein Osteodrive jėgos i	Katalogo psl. 2
2.1.2.	Storis 0,4-0,6 mm;						Storis 0,6 mm	Katalogo psl. 2
2.1.3.	Darbinės dalies ilgis 25 ± 0,1;						Darbinės dalies ilgis 25 mm	Katalogo psl. 2
2.1.4.	Darbinės dalies plotis 9,5 mm ± 0,1;						Darbinės dalies plotis 9,5 mm	Katalogo psl. 2
2.2.	Vienkartinės sagitalinio pjovimo geležtės	10	vnt	32	320	Geležtė, gamintojas ACF (Turkija), ref. kodas 143 150 040 060		

2.2.1.	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams AUXEIN Osteodrive						Tinkama Auxein Osteodrive jėgos i	Katalogo psl. 3
2.2.2.	Storis 0,4-0,6 mm;						Storis 0,6 mm	Katalogo psl. 3
2.2.3.	Darbinės dalies ilgis 40 ± 0,1;						Darbinės dalies ilgis 40 mm	Katalogo psl. 3
2.2.4.	Darbinės dalies plotis 15 mm ± 0,1;						Darbinės dalies plotis 15 mm	Katalogo psl. 3
2.3.	Vienkartinės sagitalinio pjovimo geležtės	10	vnt	32	320	Geležtė, gamintojas ACF (Turkija), ref. kodas 143 055 018 060		
2.3.1.	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams AUXEIN Osteodrive						Tinkama Auxein Osteodrive jėgos i	Katalogo psl. 3
2.3.2.	Storis 0,4-0,6 mm;						Storis 0,6 mm	Katalogo psl. 3
2.3.3.	Darbinės dalies ilgis 18 ± 0,1;						Darbinės dalies ilgis 18 mm	Katalogo psl. 3
2.3.4.	Darbinės dalies plotis 5,5 mm ± 0,1;						Darbinės dalies plotis 5,5 mm	Katalogo psl. 3
				Suma be PVM	1600			
Taikomas PVM dydis (%)				5	PVM suma	80		
					Suma su PVM	1680		

3. DALIS GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas	Siūlomo parametro atitikimas	Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3.	Geležtės jėgos instrumentams							
3.1.	Osciliuojančio pjūklo geležtės	20	vnt					
3.1.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Arthrex jėgos instrumentu.							
3.1.2.	Geležtės tiekiamos sterilios.							
3.1.3.	Ilgis – 40 mm, plotis – 14 mm, storis – 0.6 mm.							
3.2.	Osciliuojančio pjūklo geležtės	20	vnt					
3.2.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Arthrex jėgos instrumentu.							
3.2.2.	Geležtės tiekiamos sterilios.							
3.2.3.	Ilgis – 40 mm, plotis – 9.5 mm, storis – 0.6 mm.							
3.3.	Osciliuojančio pjūklo geležtės	20	vnt					
3.3.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Arthrex jėgos instrumentu.							
3.3.2.	Geležtės tiekiamos sterilios.							
3.3.3.	Ilgis – 25 mm, plotis – 9.4 mm, storis – 0.7 mm.							
3.4.	Osciliuojančio pjūklo geležtės	20	vnt					
3.4.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Arthrex jėgos instrumentu.							
3.4.2.	Geležtės tiekiamos sterilios.							
3.4.3.	Ilgis – 25 mm, plotis – 9.4 mm, storis – 0.6 mm.							
3.5.	Osciliuojančio pjūklo geležtės	20	vnt					
3.5.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Arthrex jėgos instrumentu.							
3.5.2.	Geležtės tiekiamos sterilios.							
3.5.3.	Ilgis – 25 mm, plotis – 5.5 mm, storis – 0.6 mm.							
3.6.	Osciliuojančio pjūklo geležtės	10	vnt					
3.6.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Arthrex jėgos instrumentu.							
3.6.2.	Geležtės tiekiamos sterilios.							
3.6.3.	Ilgis – 16 mm, plotis – 5.5 mm, storis – 0.6 mm.							
3.7.	Osciliuojančio pjūklo geležtės	10	vnt					
3.7.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Arthrex jėgos instrumentu.							
3.7.2.	Geležtės tiekiamos sterilios.							
3.7.3.	Ilgis – 17 mm, plotis – 9.4 mm, storis – 0.55 mm.							
3.8.	Osciliuojančio pjūklo geležtės	10	vnt					
3.8.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Arthrex jėgos instrumentu.							
3.8.2.	Geležtės tiekiamos sterilios.							
3.8.3.	Ilgis – 18.5 mm, plotis – 10 mm, storis – 0.55 mm.							
3.9.	Osciliuojančio pjūklo geležtės	10	vnt					
3.9.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Arthrex jėgos instrumentu.							
3.9.2.	Geležtės tiekiamos sterilios.							
3.9.3.	Ilgis – 12 mm, plotis – 5.5 mm, storis – 0.55 mm.							
				Suma be PVM		Neužpildytos visų objektų kainos		

		Taikomas PVM dydis (%)		PVM suma		Nurodykite taikomą PVM dydį		
				Suma su PVM	0			
4. DALIS GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS								
Tiekėjo pasiūlymas:								
Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas	Siūlomo parametro atitikimas	Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4.	Geležtės jėgos instrumentams							
4.1.	Geležtės osciliuojančiam pjūklui	20	vnt					
4.1.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.							
4.1.2.	Steriliai įpakutos po 1 vnt.							
4.1.3.	Darbinis ilgis 50 ± 1 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm.							
4.2.	Geležtės osciliuojančiam pjūklui	20	vnt					
4.2.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.							
4.2.2.	Steriliai įpakutos po 1 vnt.							
4.2.3.	Darbinis ilgis 50 ± 1 mm, plotis 20 mm, storis 0,7 mm.							
4.3.	Geležtės osciliuojančiam pjūklui	440	vnt					
4.3.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.							
4.3.2.	Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniam paviršiui.							
4.3.3.	Danteliai dvejose plokštumose.							
4.3.4.	Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis.							
4.3.5.	Darbinis ilgis 90 ± 1 mm, plotis 23 mm, storis 1,27 mm.							
4.4.	Geležtės osciliuojančiam pjūklui	440	vnt					
4.4.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.							
4.4.2.	Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniam paviršiui.							
4.4.3.	Danteliai dvejose plokštumose.							
4.4.4.	Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis.							
4.4.5.	Darbinis ilgis 90 ± 1 mm, plotis 19 mm, storis 1,27 mm.							
4.5.	Geležtės osciliuojančiam pjūklui	150	vnt					
4.5.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.							
4.5.2.	Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniam paviršiui.							
4.5.3.	Danteliai dvejose plokštumose.							
4.5.4.	Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis.							
4.5.5.	Darbinis ilgis 90 ± 1 mm, plotis 13 mm, storis 1,27 mm.							
4.6.	Geležtės osciliuojančio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini	30	vnt					
4.6.1.	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.							
4.6.2.	Darbinis ilgis 25 ± 1 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm.							
4.7.	Geležtės osciliuojančio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini	20	vnt					
4.7.1.	Steriliai įpakutos po 1 vnt.							
4.7.2.	Geležtės darbinis ilgis 20 ± 1 mm, plotis 5 mm, storis 0,5mm.							
4.8.	Geležtės osciliuojančio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini	30	vnt					
4.8.1.	Steriliai įpakutos po 1 vnt.							
4.8.2.	Geležtės darbinis ilgis 20 ± 1 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm.							
4.9.	Geležtės tiesiaegio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini	80	vnt					
4.9.1.	Galiukas užapvalintos formos.							
4.9.2.	Steriliai įpakutos po 1 vnt.							
4.9.3.	Geležtės ilgis 105 ± 1 mm, geležtės darbinis ilgis 27 ± 1 mm, storis 0,25 mm.							
				Suma be PVM		Neužpildytos visų objektų kainos		
		Taikomas PVM dydis (%)		PVM suma		Nurodykite taikomą PVM dydį		
				Suma su PVM	0			