

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MedUS MEDICAL“
 Įmonės kodas 306252616, PVM mokėtojo kodas LT100015722414, Veiverių g. 153, LT-46417 Kaunas
 +370 665 22922

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS DĖL ANESTEZIJOS SISTEMOS KOMPLEKTO

2025-06-12_Nr. MP25-85
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB MedUS Medical
Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Veiverių g. 153, LT-46417 Kaunas
Tiekėjo kodas (jeigu yra)	306252616
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Eglė Gelbūdienė
Telefono numeris	064361987
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@med-us.eu

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. balandžio 23 d. CVP IS;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus: NEPASITELKIAMA

Eil. Nr.	SubtiekJėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekJėjus	
			EUR su PVM	Proc.
SubtiekJėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekJėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

3. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekejus), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekejo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti: NEPASITELKIAMA

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

** Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti*

4. Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai	Kiekis, mato vnt.	Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra)	1 vnt. kaina be PVM	1 vnt. kaina su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1	Anestezijos sistemos komplektas	1	Anestezijos sistema Mindray A7	30000,00	36300,00	30000,00	36300,00

Siūloma kaina EUR (su PVM) 36300,00 (trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai eurų ir 00 ct.)

PVM (proc.)* suma Eur 6300,00 (šeši tūkstančiai trys šimtai eurų ir 00 ct.)

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Mūsų siūlomų prekių savybės yra šios:

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametru reikšmė	Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)*
1.	Anestezijos sistema	1 vnt.	Anestezijos sistema Mindray A7 – 1 vnt. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1</u>
1.1.	Sistemos valdymo ekranas	1. Lietimui jautrus; 2. ≥ 15 colių įstrižainės spalvotas; 3. $\geq (1024 \times 768)$ raiškos; 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 3 kreivių.	1. Lietimui jautrus; 2. 18,5 colių įstrižainės spalvotas; 3. 1920 x 1080 raiškos; 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama 5 kreivės. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1</u>
1.2.	Anestezijos aparate vienu metu gali būti įstatyti du garintuvai	Būtina.	Anestezijos aparate vienu metu gali būti įstatyti du garintuvai <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 3</u>
1.3.	Anestezijos aparatas komplektuojamas	1 vnt.	Anestezijos aparatas komplektuojamas su garintuvu sevofluranui – 1 vnt. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 3</u>

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametru reikšmė	Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)*
	su garintuvu sevofluranui		
1.4.	Anestezijos aparatas komplektuojamas su vakuumu varomu atsiurbėju	Būtina.	Anestezijos aparatas komplektuojamas su vakuumu varomu atsiurbėju <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 2</u>
1.5.	Paduodamų dujų srauto diapazonas rankinės šviežių dujų tiekimo kontrolės režime (ne siauresnės už nurodytą)	1. O ₂ , 0,2 - $\geq$ 15 l/min; 2. Oras, 0,2 - $\geq$ 15 l/min; 3. N ₂ O, 0,2 - $\geq$ 12 l/min.	Paduodamų dujų srauto diapazonas rankinės šviežių dujų tiekimo kontrolės režime: 1. O ₂ , 0,2 - 15 l/min 2. Oras, 0,2 - 15 l/min 3. N ₂ O, 0,2 - 12 l/min <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 3</u>
1.6.	Elektroninė šviežių dujų mišinio tėkmės kontrolės sistema	Režimai: 1. Bendros tėkmės: nustatant O ₂ koncentraciją ir bendrą dujų tėkmę; 2. Tiesioginės tėkmės: nustatant O ₂ ir balansinių dujų (oro) tėkmes.	Elektroninė šviežių dujų mišinio tėkmės kontrolės sistema: Režimai: 1. Bendros tėkmės: nustatant O ₂ koncentraciją ir bendrą dujų tėkmę <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 8</u> 2. Tiesioginės tėkmės: nustatant O ₂ ir balansinių dujų (oro) tėkmes <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 8,9</u>
1.7.	Žemos tėkmės (angl. Low Flow) optimizacija	Būtina.	Žemos tėkmės (angl. Low Flow) optimizacija <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 7</u>
1.8.	Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija	Būtina.	Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 3</u>
1.9.	Papildomas O ₂ tiekimo išvadas	Būtina.	Papildomas O ₂ tiekimo išvadas <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 2</u>
1.10.	Bendras kvėpavimo sistemos tūris be CO ₂ absorberio talpos tūrio	$\leq$ 2200 ml	Bendras kvėpavimo sistemos tūris be CO ₂ absorberio talpos tūrio 1800 ml <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 3</u>
1.11.	Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas	Būtina.	Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1</u>

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametru reikšmė	Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)*
1.12.	Reikalavimai dujų moduliui	1. Skaitinė O ₂ , CO ₂ , N ₂ O, anestetikų koncentracijos MAC indikacija; 2. Automatinis anestetikų atpažinimas; 3. Integruotas paramagnetinis O ₂ sensorius.	Dujų modulis: 1. Skaitinė O ₂ , CO ₂ , N ₂ O, anestetikų koncentracijos MAC indikacija <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1, 15, 50</u> 2. Automatinis anestetikų atpažinimas <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 17</u> 3. Integruotas paramagnetinis O ₂ sensorius <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 3</u>
1.13.	Didžiausias dujų srautas	≥ 120 l/min	Didžiausias dujų srautas: 180 l/min <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 2</u>
1.14.	Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas arba kitas sprendimas sumažinantis kondensato kontūre susidarymą	Būtina.	Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 18</u>
1.15.	Absorbento talpos tūris	≥ 700 ml	Absorbento talpos tūris: 1500 <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 3</u>
1.16.	Galimybė pakeisti absorbentą ventiliacijos metu	Būtina.	Galimybė pakeisti absorbentą ventiliacijos metu <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 6</u>
1.17.	Greito O ₂ padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas	≥ 25 l/min	Greito O ₂ padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas nuo 25 l/min iki 75 L/min <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 2</u>
1.18.	APL vožtuvas	Būtina.	APL vožtuvas <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 3</u>
1.19.	Ventiliavimo režimai:	1. Rankinė/spontaninė ventiliacija; 2. Kontroliuojamas tūriu (VCV); 3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV); 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-V); 5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-P); 6. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį PCV-VG arba PRVC;	Ventiliavimo režimai: 1. Rankinė/spontaninė ventiliacija; <u>Prekių aprašymas psl. Nr.1</u> 2. Kontroliuojamas tūriu (VCV); <u>Prekių aprašymas psl. Nr.1</u> 3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV); <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1</u> 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-V); <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1</u>

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametrų reikšmė	Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)*
		7. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija arba slėgiu palaikanti (CPAP/PS).	5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-P); Prekių aprašymas psl. Nr.1 6. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį PCV-VG Prekių aprašymas psl. Nr.1 7. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija arba slėgiu palaikanti (CPAP/PS). Prekių aprašymas psl. Nr.1
1.20.	Vienos ir multi-pakopų plaučių atstatymo protokolas (angl. Lung recruitment maneuver)	1. Vienos pakopos režime pasibaigus protokolui galimybė nustatyti PEEP; 2. Multi režimas turi ≥ 4 pakopų nustatymo galimybę arba paremtas automatizuotu laipsnišku kvėpavimo takų didinimo procesu pagal iš anksto nustatytus protokolus.	Vienos ir multi-pakopų plaučių atstatymo protokolas (angl. Lung recruitment maneuver): 1. Vienos pakopos režime pasibaigus protokolui galimybė nustatyti PEEP Prekių aprašymas psl. Nr. 2, 10, 11 2. Multi režimas turi 7 pakopų nustatymo galimybę Prekių aprašymas psl. Nr. 2, 11
1.21	Vt/IBW nustatymas	1. Idealaus kūno svorio (IBW) apskaičiavimas pagal lytį ir ūgį; 2. Įputimo tūrio (Vt) ir kvėpavimo dažnio nustatymas pagal IBW.	Vt/IBW nustatymas: 1. Idealaus kūno svorio (IBW) apskaičiavimas pagal lytį ir ūgį Prekių aprašymas psl. Nr. 19, 20, 21 2. Įputimo tūrio (Vt) ir kvėpavimo dažnio nustatymas pagal IBW Prekių aprašymas psl. Nr. 22
1.22.	Ventiliatoriaus parametrų ribos: 1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame režime 2. Įkvėpimo slėgio ribos 3. Slėgio ribos 4. Kvėpavimo dažnio ribos 5. I:E santykis 6. Įkvėpimo laiko ribos 7. Įkvėpimo pauzės ribos 8. Srauto trigerio ribos	1. $\leq 20 \sim \geq 1500$ ml 2. $\leq 5 \sim \geq 60$ cmH ₂ O 3. $\leq 12 \sim \geq 100$ cmH ₂ O 4. $\leq 4 \sim \geq 80$ k/min 5. $\leq 2:1 \sim \geq 1:8$ 6. $\leq 0,2 \sim \geq 5$ s. 7. $\leq 5 \sim \geq 50\%$ 8. $\leq 0,3 \sim \geq 10$ l/min	Ventiliatoriaus parametrų ribos: 1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame režime: 10 - 1500 ml Prekių aprašymas psl. Nr. 1 2. Įkvėpimo slėgio ribos: 3 - 80 cmH ₂ O Prekių aprašymas psl. Nr. 1 3. Slėgio ribos: 10 - 100 cmH ₂ O Prekių aprašymas psl. Nr. 1 4. Kvėpavimo dažnio ribos: 2 - 100 k/min Prekių aprašymas psl. Nr. 1 5. I:E santykis: 4:1 - 1:10 Prekių aprašymas psl. Nr. 1 6. Įkvėpimo laiko ribos: 0,2 - 10 s

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametru reikšmė	Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)*
			Prekių aprašymas psl. Nr. 1 7. Įkvėpimo pauzės ribos: 5 - 60% Prekių aprašymas psl. Nr. 1 8. Srauto triggerio ribos: 0,2 – 15 l/min Prekių aprašymas psl. Nr. 1
1.23.	Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai	1. Minutinis tūris; 2. Kvėpavimo tūris; 3. Kvėpavimo dažnis; 4. Plato slėgis; 5. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis; 6. PEEP; 7. Anestetinių dujų kiekis įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje su automatinio anestetikų atpažinimu; 8. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; 9. O₂/CO₂ koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; 10. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC).	Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: 1. Minutinis tūris Prekių aprašymas psl. Nr. 1 2. Kvėpavimo tūris Prekių aprašymas psl. Nr. 1 3. Kvėpavimo dažnis Prekių aprašymas psl. Nr. 1 4. Plato slėgis Prekių aprašymas psl. Nr. 1 5. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis Prekių aprašymas psl. Nr. 1 6. PEEP Prekių aprašymas psl. Nr. 1 7. Anestetinių dujų kiekis įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje su automatinio anestetikų atpažinimu Prekių aprašymas psl. Nr. 15,17 8. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės Prekių aprašymas psl. Nr. 23 9. O₂/CO₂ koncentracija įkvėpime ir iškvėpime Prekių aprašymas psl. Nr. 15, 23 10. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC) Prekių aprašymas psl. Nr. 13,14
1.24.	Integruotas elektroninio valdymo PEEP	1. Išjungtas; 2. $\leq 4 \sim \geq 30$ cmH₂O.	Integruotas elektroninio valdymo PEEP: 1. Išjungtas, 2. $2 \sim 50$ cmH₂O Prekių aprašymas psl. Nr. 1

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametru reikšmė	Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)*
1.25.	Rodomos grafinės kreivės ekrane	P-T, F-T, V-T, CO ₂	Rodomos grafinės kreivės ekrane: P-T, F-T, V-T, CO ₂ , O ₂ <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1, 23</u>
1.26.	Rodomos kilpinės kreivės ekrane	P-V, F-V, F-P	Rodomos kilpinės kreivės ekrane: P-V, F-V, F-P <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1</u>
1.27.	Komunikacinės jungtys	1. RS 232; 2. USB; 3. RJ-45.	Komunikacinės jungtys: 1. RS 232C 2. USB 3. RJ-45 <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 4</u>
1.28.	Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai)	≥ 60 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (ar akumuliatorių)	Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai): 90 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 4</u>
2.	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius	1 vnt.	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius <u>Mindray uMEC 120 – 1 vnt.</u> <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 24</u>
2.1.	Paciento monitorius tvirtinamas prie anestezijos aparato	Būtina.	Paciento monitorius tvirtinamas prie anestezijos aparato <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 42</u>
2.2.	Paciento monitoriaus ekranas	1. Lietimui jautrus; 2. ≥ 12 colių įstrižainės, spalvotas; 3. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų; 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 8 kreivių.	1. Lietimui jautrus; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 25</u> 2. 12,1 colių įstrižainės, spalvotas; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 25</u> 3. Raiška 1280 x 800 taškų; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 25</u> 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama 10 kreivių. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 25</u>
2.3.	Modulinio paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgą eksploataciją	Aušinimas be ventiliatoriaus	Modulinio paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgą eksploataciją Aušinimas be ventiliatoriaus <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 29</u>
2.4.	Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai	1. Maitinimo indikatorius; 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius; 3. Baterijos krovimo indikatorius.	Monitoriaus LED indikatoriai: 1. Maitinimo indikatorius; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 34</u> 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 26,34</u> 3. Baterijos krovimo indikatorius. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 34</u>
2.5.	Paciento monitoriaus	1. EKG; 2. Kvėpavimas;	Paciento monitoriaus registruojami parametrai:

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametru reikšmė	Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)*
	registruojami parametrai	3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. SpO ₂ ; 5. Temperatūra; 6. Neinvazinis kraujospūdis; 7. Invazinis kraujospūdis; 8. Širdies minutinis tūris.	1. EKG; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 25</u> 2. Kvėpavimas; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 25</u> 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 25</u> 4. SpO ₂ ; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 25</u> 5. Temperatūra; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 25</u> 6. Neinvazinis kraujospūdis; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 26</u> 7. Invazinis kraujospūdis; <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 26</u> 8. Širdies minutinis tūris. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 26</u>
2.6.	Aritmijų aptikimas	≥ 10 tipų	Aritmijų aptikimas: 27 tipai <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 25</u>
2.7.	Baterija	1. Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė); 2. Užtikrina ≥ 2 valandų autonominį darbą iš baterijos.	Baterija: 1. Pakraunama ličio jonų <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 27</u> 2. Užtikrina 4,5 valandų autonominį darbą iš baterijos. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 27</u>
2.8.	Komplektuojami paciento monitoriaus priedai:	Būtina	
2.8.1	3 elektrodų EKG laidas	1 vnt.	3 elektrodų EKG laidas – 1 vnt. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 36</u>
2.8.2.	Daugkartinio naudojimo SpO ₂ matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu	1 vnt.	Daugkartinio naudojimo SpO ₂ matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 40</u>
2.8.3.	Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele	1 kompl.	Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 1 kompl. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 37,39</u>

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametrų reikšmė	Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)*
2.8.4.	Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis	1 vnt.	Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis – 1 vnt. Prekių aprašymas psl. Nr. 38
3.	Garantinis terminas ir aptarnavimas	≥24 mėnesiai	Garantinis terminas ir aptarnavimas: 24 mėnesiai
4.	Kiti reikalavimai:		
4.1	Pristatymas perkančiajai organizacijai, montavimas, personalo apmokymas	≤ 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos	Pristatymas perkančiajai organizacijai, montavimas, personalo apmokymas: 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos
4.2	Detalių tiekimas	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 8 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių	Detalių tiekimas: Tiekėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir 8 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių Tiekėjo patvirtinimas

*Techninių reikalavimų eilutėje „Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)“ rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama, tiekėjas nurodo siūlomos įrangos parametro atitikimą, konkrečią parametro reikšmę ir atitikimo patvirtinimą (**failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai**, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ar pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). <https://www.mindray.com/en/products/anesthesia/a7>

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

6. Pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus mes siūlome šiuos parametrus ir atitiktis patvirtinimus

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Suteikiami balai	Patvirtinimas taip/ne, Dokumento pavadinimas ir puslapio nr. / Nuoroda*
1.	Anestezijos aparatas, paciento monitorius turi lietimui	1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen).	10	TAIP Prekių aprašymas psl. Nr. 1, 47

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Suteikiami balai	Patvirtinimas taip/ne, Dokumento pavadinimas ir puslapio nr. / Nuoroda*
	jautrius ekranus			
2.	Anestezijos aparato valdymo ekranas	1. ≥ 18 colių įstrižainės spalvotas; 2. $\geq (1920 \times 1080)$ raiškos; 3. Sukiojamas ir paverčiamas.	5	TAIP Prekių aprašymas psl. Nr. 1
3.	Anestezijos aparato modulinis dizainas suderinamas su šiais moduliais	1. Dujų modulis; 2. CO ₂ kapnografijos modulis; 3. BIS modulis; 4. NMT modulis.	5	TAIP Prekių aprašymas psl. Nr. 3,4
4	Anestezijos aparato CO ₂ absorbento indas	1. ≥ 1500 ml talpos; 2. Galima keisti mechaninės ventiliacijos metu.	5	TAIP Prekių aprašymas psl. Nr. 3,6
5	≥ 5 Individualių nustatymų profilių kūrimas anestezijos aparate pagal vartotojo poreikius	1. Ekranų išdėstymas; 2. Aliarmų limitai; 3. Sistemos nustatymai.		TAIP Prekių aprašymas psl. Nr. 48-54

* Jeigu tiekėjas neužpildys eilutės arba nenurodys ir nepateiks reikiamo dokumento, jam bus skiriama 0 balų

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas ir techninė specifikacija	11
2.	Prekių aprašymas	54

3.	Įrangos dokumentacija	1
4.	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus	1
5.	Išplėstinis išrašas	2
6.	Tiekėjo deklaracija	1
7.	EBVPD	14
8.	Tiekėjo patvirtinimas	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*)

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1.	<i>Įrangos dokumentacija</i>	<i>MedUS Medical pasiūlymas 2718021</i>

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Procesų valdymo vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Eglė Gelbūdienė

(Vardas ir pavardė)